

		Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației: 21027618						din 11.09.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Echipamente medicale Conform necesitatilor IMSP CRDM						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33141310-6		Lotul 1						
		Angiographic Syringe	BM-AS-CT-200-D03	China	BrosMed Medical Co., Ltd.	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 200ml;rezistente la presiune înaltă, prezentarea mostrelor	COMPATIBIL PENTRU NEMOTO KYORINDO Seturi de seringi - Single SET- SIRING 1 buc, Conector tub 1 buc, J tub 1 buc Volum (ml) 200	CE, ISO
		Total lot 1						
33141310-6		Lotul 5						
		Angiographic Syringe	BM-AS-CT-100-D01	China	BrosMed Medical Co., Ltd.	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 100ml; rezistente la presiune înaltă, prezentarea mostrelor	COMPATIBIL PENTRU NEMOTO KYORINDO Seturi de seringi - Single SET- SIRING 1 buc, Conector tub 1 buc, J tub 1 buc Volum (ml) 100	CE, ISO
		Total lot 5						
		TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Marenici Nicolai în calitate de: Director finacear

Ofertantul: MEDEXIM SRL Adresa: MD 2028, Chișinău, str. Academiei 3/3 ,tel. 079589165

