

## Termenii și condițiile de livrare

Denumirea    **“Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova”**  
Cumpărător:  **Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”**  
Destinatar:   **IFP - (Chișinău).**  
Pachet nr.:    **234/GD/T**

### 1.    Prețurile și Termenii de livrare

Furnizorul recunoaște că va fi, de asemenea, responsabil de:

- a) Livrarea mărfurilor la adresa destinatarului, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”;
- b) Instalarea echipamentului și instruirea personalului medical pentru întreținerea de rutină a echipamentului (toate instrumentele din cadrul acestui Lot).

### **LOT: “Sistem integrat de diagnostic si tratament ORL”:**

<b>Nr</b>	<b>Articol</b>	<b><u>Cantitate totala, unit</u></b>	<b>Preț per unitate Chișinău, <u>MDL</u></b>	<b>Preț total Chișinău, <u>MDL</u></b>	<b><u>Termenul de livrare</u></b>	<b><u>Destinatar</u></b>
1	Sistem integrat de diagnostic si tratament ORL	1	1 660 000,00	1 660 000,00	<u>90 zile calendaristice</u>	IFP, Chișinău.
<b><i>TOTAL:</i></b>				1 660 000,00		

**Notă:** *În caz de discrepanță între prețul unitar și totalul derivat din prețul unitar, corectarea se va face conform prevederilor punctului 8 (iii) din Invitația pentru prezentarea ofertei de preț*

- 2.    Prețul Fix: Prețurile indicate mai sus sunt fixe și nu fac obiectul niciunei ajustări în timpul executării contractului. Confirmăm că prețurile nu includ taxele vamale, accizele, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Republica Moldova.
- 3.    Tara de origine: Bunurile oferite trebuie să provină din țările membre ale Băncii Mondiale și se solicita să furnizați un certificat de origine pentru fiecare articol.
- 4.    Programul de livrare: Livrarea trebuie finalizată conform condițiilor de livrare din Termenii și condițiile de livrare din momentul semnării contractului.
- 5.    Legislația aplicabilă: Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile din țara Cumpărătorului.
- 6.    Soluționarea litigiilor: Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe informale, orice neînțelegere sau litigiu între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legilor din țara Cumpărătorului.

7. Livrarea și Documentele: La expedierea bunurilor, Furnizorul va notifica Cumpărătorului prin email sau fax detaliile complete ale expedierii, inclusiv numărul contractului, descrierea bunurilor, cantitatea etc.
8. Plata facturii dvs. se va efectua la 100% contra livrării bunurilor, prin transfer bancar în favoarea Băncii Furnizorului, în termen de zece (10) zile bancare de la recepționarea bunurilor și a serviciilor conexe prevăzute de punctul 1 din acești Termeni și condiții de livrare (denumite în continuare „Serviciile conexe”), confirmate prin semnarea unui act de recepție finală pentru bunuri și servicii conexe emis de Cumpărător și confirmat de Destinatar/beneficiar final (denumit în continuare „Actul de Recepție Finală”).
9. Garanție: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului (perioada de valabilitate) așa cum este indicat în Anexa A la Termenii și condițiile de furnizare de la data Actului de Recepție Finală. **Vă rugăm să specificați perioada de garanție și termenii în detaliu, conform cerințelor din Anexa A.**
10. Autorizația producătorului. Cumpărătorul poate solicita Furnizorului înainte de atribuirea contractului să furnizeze autorizația producătorului pentru bunurile contractate.
11. Instrucțiuni privind ambalarea și marcarea: Furnizorul va asigura ambalarea standard a bunurilor după cum este necesar, prevenind prejudicierea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.
12. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără niciun cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.
13. Forță majoră: Furnizorului nu îi vor fi aplicate penalități sau rezilierea contractului pentru carențe dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor asumate prin Contract sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră.

În sensul acestei clauze, „Forță Majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de Furnizor și care nu implică vina sau neglijența Furnizorului și care nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la, actul Cumpărătorului în calitatea sa suverană, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de mărfuri.

Dacă apare o situație de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre această situație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită altfel în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile de executare care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră.

14. Specificațiile tehnice necesare

**(i) Descriere generală**

- a. Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, dintre cele mai recente și actuale modele, încorporând toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.

**(ii) Detalii specifice și standarde tehnice - conform Anexei A la Termenii și condițiile de furnizare**

**Furnizorul confirmă corespunderea cu specificațiile de mai sus (*În caz de abateri furnizorul va enumera toate aceste abateri*).**

15. Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula Contractul în cazul în care Furnizorul nu livrează bunurile și nu furnizează Serviciile conexe, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, în pofida unei notificări de 10 zile oferite de către Cumpărător, fără a-și asuma nicio răspundere față de Furnizor.
16. Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate bunurile până la data livrării sau să efectueze Serviciile conexe în perioada specificată în Contract (așa cum este prevăzut în Termenii de livrare de mai sus), Cumpărătorul poate, fără a afecta toate celelalte clauze în temeiul Contractului, deduce din Prețul Contractului, drept despăgubiri forfetare, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul oferit al bunurilor întârziate sau al serviciilor neexecutate pentru fiecare zi lucrătoare sau parte din aceasta de întârziere până la livrarea sau executarea efectivă, până la o deducere maximă de zece (10)% din Prețul Contractului.
17. Frauda și corupția: Politica Fondului Global este de a cere ca toți ofertanții, furnizorii și contractanții și agenții acestora (fie că sunt declarați sau nu), personalul, subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii de servicii în cadrul contractelor finanțate de Fondul Global să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și executării unor astfel de contracte.<sup>1</sup> În aceste circumstanțe, Fondul Global a elaborat un **Cod de Conduită pentru Furnizori** care are ca scop să asigure că Furnizorii și Reprezentanții Furnizorilor vor participa la procesul de achiziții într-o manieră transparentă, echitabilă, responsabilă și onestă, inclusiv prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind concurența loială precum și a standardelor recunoscute de bune practici în achiziții. Documentul detaliat (Code of Conduct for Suppliers / Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe website-ul: <https://www.theglobalfund.org/en/governance-policies/>
18. În calitate de ofertant, confirmăm prin prezenta că am citit Codul de Conduită pentru Furnizori (Code of Conduct for Suppliers), așa cum este menționat în clauza 17 de mai sus și prin semnătura noastră de mai jos ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții.

NUMELE FURNIZORULUI: **FCPC DataControl SRL**

Semnătura și ștampila autorizate: **A. Grabazei** \_\_\_\_\_

**Locul: mun. Chișinău**

**Data: 08.11.2023**

---

<sup>1</sup> În acest context, orice acțiune întreprinsă de un ofertant, furnizor, contractant sau de orice al lor personal, agenți, subcontractanți, subconsultanți, furnizori de servicii, furnizori și/sau angajații acestora în vederea influențării asupra procesului de achiziție sau a executării contractului pentru un avantaj necuvenit este improprie.

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**LOT: „Sistem integrat de diagnostic si tratament ORL”:**

<b>I.</b>	<b>Description of function and use</b>		<b>Specificatii tehnice oferite. Model; Producator</b>
	<b>Sistem integrat de diagnostic și tratament ORL</b>	Pentru diagnosticul și tratamentul patologiilor ORL	<b>MEDICENTER Futura Compact Plus 670</b> Dantschke, Germania
<b>II.</b>	<b>Main specifications/ the quantity</b>		
	Birou diagnostic si tratament ORL - 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design din oțel vopsit</li> <li>- Carcasa mobila pe rotile pivotante</li> <li>- Capac blocabil, rabatabil pentru revizie</li> <li>- Capacul din spate detasabil</li> <li>- Suport pentru echipament de irigare a urechilor și atomizoare pe partea exterioară a carcasei</li> <li>- Modul separat pentru pachetul de tehnologie, montat pe partea exterioară a carcasei</li> <li>- Dimensiuni aprox. (Îl x l x a) 970 x 400/970 x 500 mm</li> <li>- Alimentare spate, 220 - 240V / 50-60 Hz, consum max. 1.500 W</li> <li>- Sticla de secretie externa, fixata in carcasa, accesibila din exterior prin usa de inspectie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Acrylic cover</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> </ul>
	Sistem de aspirare - 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem de aspirare integrat</li> <li>- reglabil fin de la 0 la -0,85 bar prin manometru</li> <li>- Capacitate de aspirare, minim 60 l/min</li> <li>- Pornire/oprire automată prin intermediul piesei de mână</li> <li>- Extragere furtun cu blocare</li> <li>- Sistem de furtun retractabil automat</li> <li>- Clătire canula integrată</li> <li>- Colectarea apelor uzate prin sticla cu secretie externa, V = 1,5</li> <li>- 2 l, sistem de punji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da</li> <li>Da,0-0,8bar</li> <li>Da, 60l/min</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da, 1l</li> </ul>
	Sistem de aer comprimat cu irigare a urechii -1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiune intre 0 - 2,5 bar, reglabila prin manometru</li> <li>- Piesa de mana reglabila fin</li> <li>- Furtun retractabil automat</li> <li>- 3 atomizatoare medicale, 2 x lichid, 1 x pulbere, cu pulverizatoare din doua piese</li> <li>- Irigarea urechilor prin sistem de aer comprimat</li> <li>- 2 sticle pentru clătirea urechilor cu cap de clătire, protecție</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> <li>Da</li> </ul>

		împotriva stropilor și canulă - Preîncălzirea sticlelor pentru clătirea urechilor la cca. 37°C	Da
	Modul de lumină separate -1	- Pachet tehnologic cu 2 surse de lumină LED integrate, fără întreținere și uzură - Sursă de lumină LED cu conector - Iluminare aprox. 5000-6000 K, luminozitate reglabila - O sursă de lumină LED cu pornire/oprire automată - 2 suporturi pentru lunete rigide cu preîncălzire reglabila - 3 tuburi de sticla pentru solutie antiseptica / neutralizanta - Suport far pe partea superioară a carcasei pentru farul cu baterie	Da Da Da Da Da Da
	Echipament adițional	- Preparat pentru fixarea unui microscop de examinare ORL OF - Cablu de conectare pentru alimentarea unui preîncălzitor de oglindă - Cablu de lumină cu fibră optică, cu deviație de 90° către fântâna cu lumină rece pe partea fantana, diametru 3,5 mm, lungime - minim 160 cm	Da Da Da,160 cm
	Far de cap frontal - 1	- cu LED lumina alba - unitate de control si cutie baterie reîncărcabilă pe bandă, - unitate de încărcare, zonă de iluminare reglabila de la 30 – 150 mm în diametru distanță de lucru de 40 cm, care constă din: - Far cu LED lumina calda Unitate de control Cutie baterie Pachet baterie Încărcător USB Bandă pentru cap Pernă din neopren pentru bandă"	- Da, <b>Headlight LED, wireless</b> - Da - Da, 8-115mm,,distanța de lucru 20-60cm  Da Da Da Da Da Da Da
	Dulap de depozitare instrumente pentru Birou diagnostic si tratament ORL - 1	- Design din oțel vopsit - Carcasa mobilă pe roți pivotante - Capac din sticla acrilica - Iluminare interioara LED - 1 raft fix pentru instrumente - 1 tavă de instrumente extrasă cu despărțitor de compartiment din oțel inoxidabil - Tavă pentru instrumente uzate (lățime 300 mm, ±10mm), extensie completă cu rețracție amortizată, cu capac vizual detașabil și dezinfectabil - Sertar pentru consumabile (latime 300 mm, ±10mm, actionat cu piciorul), sertar cu extensie completa cu retragere amortizata, cu capac vizual detasabil si dezinfectabil - Suprafata de scris/de lucru, extensibila, cu blocare - 1 raft deschis pentru dispozitive și 3 sertare, sertare cu	Da, <b>Modul suplimentar de 670mm (Futura CCP-670)</b> Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

		extensie completă cu retragere amortizată - Dimensiuni aproximative (H x L x A) in mm aprox. 900 x 600 x 500, ±70 mm	Da
	Microscop de examinare ORL , Braț pivotant -1	Brat suspensie ≥ 1000 mm; Sursă de lumină LED integrată cu cablu de lumină cu fibră optică; Suport pentru microscop; Lupa cu schimbator in 3 trepte; Tub binocular drept, f = 125 mm, ±5mm; Mâner de pistol staționar; Capac de praf	Da, <b>Swivel arm +column adapters+Surgical microscope SOM-22-</b> Da Da Da Da Da
	Tija suport pentru microscop - 1	Tija suport pentru fixarea microscopului montat	Da
	Distanțier pentru tija de susținere - 2	Distanțier pentru tija de susținere; Distanțiere minim 30 mm cu găurire Ø 10 mm, ±2mm, pentru fixarea tije de susținere a microscopului pe peretele din spate a Biroului diagnostic si tratament ORL	Da
	Scaun Examinare Pacient ORL - 1	- Repaus suport pentru picioare - Tetiera reglabila pentru cap - Cotiere pliabile pentru brate - Scaunul se rotește cu cca. 330° - Reglare electrică pe înălțime, reglare electrică sincronă a scaunului/suprafeței de culcare, operare prin comutator cu picior - Înclinarea spătarului în poziție plată (poziția Trendelenburg) - Versiune mobila pe rotile, actionata de pedala din partea inferioara a scaunului - Greutatea pacientului minim: 150 kg - Inaltime sezut 55 - 85 cm, ±5cm; - Conexiune 230 V / 50 - 60 Hz - Dimensiuni max. 1650 x 700 x 800 mm, ±50mm (înălțime x lățime x adâncime)	Da, <b>Treatment chair model 4736218 with castors</b> Da Da Da,360 gr Da  Da Da  Da,200kg Da,57-87 cm Da Da, 164x70x80cm
	Scaun medic - 1	Perna de sezut rotunda, Ø 40 cm, ±5cm, forma anatomica Spătar, reglabil pe înălțime, rotativ 180° Baza pivotanta din aluminiu cu 5 roti duble de siguranta antistatice Reglare pe înălțime cu eliberare manuală Inel pentru picior Inaltime sezut 50 - 60 cm, ±5cm	<b>Workstool model 4185005</b> Da,46-58cm Da Da  Da Da Da

	Distribuitor - 1	Distribuitor / dispenser de bumbac, care se poate deschide, din sticlă acrilică Distribuitor /dispenser a lobului limbei, deschidebil, din sticla acrilica	Da Da
	Incalzitor momentan si reincalzitor pentru oglinzi si optice - 1	Încălzire fără contact prin radiație infraroșie; Apăsarea butonului activează un reflector de mare putere condus de timp 10-15 secunde; Mai multe cicluri de comutare; Protecție la supraîncălzire; Ușor de curățat cu detergent fără solvenți; Temperatura punctului de focalizare aprox. 300°C; Dimensiuni aproximative (ø x H) 80 x 140 mm, ±10mm	Da, <b>Quick heater for mirrors and optics Infra-red</b> Da,10 sec Da Da Da Da,300gr. Da,86x140Cm
	Telescop direct - 1	Telescop direct 0°, vedere mărită, diametru 3-4 mm, lungime 15-20 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporat, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta	Da, <b>0gr Straight forward endoscope</b> Da,4mm, Da, L=175mm Da
	Telescop oblic - 1	Telescop oblic înainte 30°, vedere mărită, diametru 3-4 mm, lungime 15-20 cm, autoclavabil, fibră transmisie optică a luminii încorporată, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta	Da, <b>30gr Straight forward endoscope 4x175mm,</b>
	Tele-otoscop - 1	Tele-otoscop, cu telescop direct forvard 0°, diametru 3-4 mm, lungime 5-10 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporata, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta	Da, <b>0gr.STRAIGHT FORWARD OTOSCOPE,..4x5cm</b> Da
	ORL HF Dispozitiv Chirurgical, Coagulator - 1	Dispozitiv de coagulare HF Operare intuitivă Indicator digital de performanță" "Module de prize configurabile Stocarea minim a 8 programe predefinite (suprascriptie) Putere de tăiere maximă de până la 100 de wați Putere maximă coag de până la 100 de wați Sistem de securitate Frecvență 500-550 kHz Tensiune de rețea 220-240 volți Frecvența rețelei 50/60 H Legătura echipotențială Dimensiuni aproximative (L x A x A) 310 x 310 x150 mm, ±10 mm"	Da, <b>HF Electro Surgery device MD 100</b> Da Da Da Da, 9 programe Da ,100 Wt Da,100 Wt Da Da,500kHz Da Da Da Da,310x310x145mm
	Comutator cu o pedală - 1	Comutator de picior cu o singura pedala pentru dispozitivul chirurgical de frecventa inalta	Da

	Utilaj Video , accesorii, Set - 1	Videocamera, unitate de control al camerei cu 2 intrări pentru cameră (X-Line și C-Line) pentru utilizare cu videoendoscoape flexibile și rigide, și capete de cameră cu un singur cip FULL HD, echipat cu 2 iesiri , cu modul digital de procesare a imaginii și opțiune de stocare USB, compatibilă cu o gamă largă de endoscoape rigide, flexibile și de unică folosință. Comutare cu ușurință între două surse de camere conectate prin apăsarea unui buton; Documentație cu stocare opțională pe USB ; alimentare 200 – 240 VAC, 50/60 Hz, inclusiv: cablu de alimentare 1 buc., lungime 300 cm; Cablu de conectare DVI-D, lungime 300 cm 1buc. ; Unitate flash USB, 32 GB 1 buc"	<b>Medical USB3.0 camera, Full HD</b>  Da  Da  Da Da Da Da Da
	Capul camerei - 1	One-Chip FULL HD, 50/60 Hz, focalizare fixa, scanare progresiva, inmuiabil, sterilizabil cu gaz si plasma, distanta focala f= 16 mm, 2 butoane programabile pentru capul camerei, pentru utilizare cu video procesorul	Da
	Adapter -1	Endoscop Adapter	Da
	Recipient - 1	Recipient din plastic, pentru sterilizare, și depozitare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen , perforat, cu capac, dimensiuni exterioare (l x a x h): 320 x 90 x 40 mm, ±5mm, pentru utilizare cu două endoscoape rigide până la max. . 20 cm lungime de lucru	Da
	Recipient din plastic -1	pentru sterilizarea și depozitarea capetelor de cameră , autoclavabil, potrivit pentru utilizare cu sterilizare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen, dimensiuni exterioare (l x a x h): 380 x 250 x 70 mm, ±5mm,	da
	ORL Braț de sprijin pentru monitor cu două articulații - 1	Suport pentru monitor cu braț de sprijin pentru a fi atașat pe coloana microscopului Ø50-60mm , scurt minim 75 x 75 mm și minim 100 x 100 mm Interval de rotire +/- 180 ° Proiecție până la 400 mm, ±10mm Poziționarea liberă a afișajului Managementul cablurilor în interiorul brațului	Da Da Da Da Da, 330-405mm Da Da
	Monitor	Monitor 19 ""FULL HD Ecran tactil, 24"" FULL HD Ecran tactil, rezoluție ecran 1920 x 1080, format imagine 16: 9 FULL HD, intrări video: 1x DVI-I, 1x DVI-D, Șuruburi de egalizare a potențialului cablului de rețea manual de utilizare, tipărit în engleză, alte limbi stocate pe	Da, <b>Medical-Grade Full HD Touch Monitor,</b> Da  Da Da

		unitatea flash USB" 1 Cablu de conectare DVI, lungime 300 cm	Da Da
<b>III.</b>	<b>Electricity requirements</b>		
	Supply voltage:	<i>230 ± 10 V, AC, 50/60 Hz. Voltage and plugs type adapted to meet the requirement of electrical system in Moldova.</i>	Da
<b>IV.</b>	<b>Documentation</b>		
	Manufacturer's certificate	<i>The manufacturer must have a management system certified to ISO 9001.</i>	Da
	Quality and safety standards	<i>Met by the product to be listed.</i>	Da
<b>V.</b>	<b>Operation, maintenance and installation</b>		
	Operation and maintenance manual	<i>At least one set of operation, maintenance and service manuals for each equipment. The manuals to include instructions for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>setting up the equipment</i></li> <li>• <i>routine cleaning and maintenance</i></li> </ul>	Da
	Language of documentation	<i>Written in United Nations languages: at least in English and mandatory in Romanian.</i>	Da
	Installation and maintenance	<i>The bidder must arrange for the equipment to be installed by certified or qualified personnel. Any prerequisites for installation will be communicated to the beneficiary in advance, described in detail in written form. The bidder will provide a comprehensive maintenance plan. The cost of the maintenance plan to be defined and guaranteed over the period of warranty. The supplier will provide an after-sale service that covers the whole country. The service to have competent staff, adequate infrastructure and sufficient spare parts to be able to respond to any complaints and to repair or replace the autoclave within 14 days.</i>	Da
	Training	<i>The bidder will provide user training (including how to use and maintain the equipment).</i>	Da
	Standard maintenance tools	<i>All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard tools and cleaning and lubrication material, to be included in the offer. Bidders to specify the quantity of every item included in their offer (including items not specified above).</i>	Da

	Spare parts	<i>Each assembled equipment to be accompanied by an authorized list of accessories and spare parts.</i>	Da
	Warranty:	<i>At least 2 years.</i>	Da
	Remarks above.	<i>The equipment offered, including its power supply, to be designed and constructed to operate properly and continuously in the conditions of the Republic of Moldova. The equipment may need to tolerate high humidity (as high as 90% at 35 °C), ambient temperatures of 5–40 °C, fungi, and spikes in the electricity supply.</i>	Da

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

NUMELE FURNIZORULUI: **FCPC DataControl SRL**

Semnătura și ștampila autorizate: **A. Grabazei** \_\_\_\_\_

**Locul: mun. Chișinău**

**Data: 08.11.2023**