



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Vasilii Bodarev Telefonul de contact 022-78-51-60E-mail achizitii@igsu.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1712140211881 din 11.04.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | 38000000-5 | Cântar analiticElectronic | ATZ320 | Polonia | Axis | 1.Capacitatea maximă de cântărire, g: 200/3002.Capacitatea minimă de cântărire, g: 0,023.Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 0,014.Valoarea diviziunii reale (d), g: 0,0015.Timpul de conectare, sec: nu mai mult de 56.Timpul de stabilizare, sec: nu mai mult de 47.Limitile particulare de temperatură, C: de la+15 pînă +308.Tensiunea de alimentare de la rețea: ~220V | 1.Balanta electronica de laborator, model ATZ320\0.001Capacitatea maximă de cântărire, g: 320.Capacitatea minimă de cântărire, g: 0,02.Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 0,01.Valoarea diviziunii reale (d), g: 0,001.Timpul de conectare, sec: nu mai mult de 56.Timpul de stabilizare, sec: nu mai mult de 8.Limitile particulare de temperatură, C: de la+15 pînă +30.Tensiunea de alimentare de la rețea: ~220V | ISO, CE Marca |
| 1.2 | 38000000-5 | Distilator | AE-5 | Rusia | Livam | 1.Productivitate la tensiunea nominală, dm ² /h,dm ³ /h sau dm ⁴ /h - 10±10%2.Tensiune, V 220 /V 3803.Consumul de energie la tensiunea nominală, kW 7,5 ± 10%4.Consum de apa pentru racire si alimentare, dm ³ /h, nu mai mult 2005.Consumul specific de apă sursă la 1 dm ³ de apă primită, dm ³ , nu mai mult de 256.Timp de stabilire a modului de funcționare,min, nu mai mult de 30. | 1.Productivitate la tensiunea nominală, dm ⁵ dm/h - 10±10%2.Tensiune, V 220 Consumul de energie la tensiunea nominală, kW 3.5 ± 10%.Consum de apa pentru racire si alimentare, dm ³ /h, nu mai mult 36.Consumul specific de apă sursă la 1 dm ³ de apă primită, dm ³ , nu mai mult de 36.Timp de stabilire a modului de funcționare,min, nu mai mult de 30. | ISO, CE Marca |

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unit de măsură (U/M) | Cantitatea, U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
|--|------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 38000000-5 | Cântar analiticElectronic | buc | 1 | 10,340.0000 | 12,408.0000 | 10,340.00 | 12,408.00 | în termen de până la 60 zile de la înregistrarea contractului |
| 1.2 | 38000000-5 | Distilator | buc | 1 | 16,125.0000 | 19,350.0000 | 16,125.00 | 19,350.00 | în termen de până la 60 zile de la înregistrarea contractului |
| Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA) | | | | | | | 26,465.00 | 31,758.00 | |

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu