

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1781789869713 din 18.06.2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a sistemelor gaz-cromatograf GC-MS (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Filtre și filamente pentru mentenanță GC/MS						
Filtru pentru gaz	CP17973	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz purtator, cu indicator, 3-in-1 (înălțarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor) echivalent cu filtrul CP17973 (destinație Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	CP17973 Filtru Gas Clean Carrie Gas; Filtru pentru gaz purtator, cu indicator, 3-in-1 (înălțarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor) nr. CP17973 (destinație Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	

Filtru pentru gaz	RMSH-2	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz purtator heliu, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fitting 1/8inch, echivalent cu filtrul RMSH-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	RMSH-2 Filtru pentru Helium; Filtru pentru gaz purtator heliu, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fitting 1/8inch, nr. RMSH-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	
Filtru pentru gaz	RMSHY-2	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz purtator hidrogen, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fitting 1/8inch, echivalent cu filtrul RMSHY-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	RMSHY-2 Filtru p/u Hydrogen; Filtru pentru gaz purtator hidrogen, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fitting 1/8inch, nr. RMSHY-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	
Filtru pentru gaz	CP17972	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz detector, fara indicator, inlaturarea hidrocarburilor, echivalent cu filtrul CP17972 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	CP17972 Filtru Gas Clean Hydrocarbon; Filtru pentru gaz detector, fara indicator, inlaturarea hidrocarburilor, nr. CP17972 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	
Filtru pentru gaz	CP17971	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea umiditatii, echivalent cu filtrul CP17971 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	CP17971 Filtru Gas Clean Moisture; Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea umiditatii, nr. CP17971 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	
Filtru pentru gaz	CP17970	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea oxigenului, echivalent cu filtrul CP17970 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	CP17970 Filtru Gas Clean Oxygen; Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea oxigenului, nr. CP17970 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B)	
Filament pentru detector de masă	G7005-60061	SUA	Agilent	Filament pentru MSD, cu ionizare cu impact electronic EI, de temperatură înaltă (echivalent PN G7005-60061, compatibil cu spectrometrul de masă	G7005-60061 Filament pentru MSD; Filament pentru MSD, cu ionizare cu impact electronic EI, de temperatură înaltă (PN G7005-60061, compatibil cu	

				MSD 5977A/5977B al companiei Agilent).	spectrometrul de masă MSD 5977A/5977B al companiei Agilent).	
Lot 2 Accesorii consumabile pentru GC/MS						
Ulei pentru pompa de vid	5191-5851	SUA	Agilent	compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS	5191-5851 Ulei P3; compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS	
Garnitură specială O-Ring Fluoro	0905-1619	SUA	Agilent	O-Ring Fluoro, compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS	0905-1619 Inel O, 6 mmx2,2 mm, fluorocarbon, p/u GC/MS O-Ring Fluoro, compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS	
Seringă pentru autoinjector	9301-0713	SUA	Agilent	10µm GC-MS fixed needle, 23/42/cone	9301-0713 Seringa pentru autoinjector; 10µm GC-MS fixed needle, 23/42/cone	
Viale, cu filet, capac și septă	5191-8113 5191-8111	SUA	Agilent	V - 1.5ml	5191-8113 Flacon, snap 2 ml, în set cu capac; include 5191-8111 Capac transparent, PTFE/silicon, 11 m V - 1.5ml	
Liner pentru GC/MS	5190-2295	SUA	Agilent	compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector 5977A/5977B	5190-2295 Ultra Inert Liner; compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector 5977A/5977B	
Septe pentru injector GC	5183-4757	SUA	Agilent	compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector	5183-4757 Septa BTO pentru injector; compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector	
Lot 3 Coloane capilare pentru GC/MS						
Coloane capilare	19091S-433UI	SUA	Agilent	HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25µm	19091S-433UI Coloană capilară, HP-5MS UI, 30m, 0,25mm; HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25µm	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaş** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**