

Anexa Nr.1 la Specificații tehnice
Licitația № ocde-b3wdp1-MD-1653490015179 din 27.06.2022
Ofertant "Tetis International Co" SRL

Specificații tehnice ale echipamentului oferit pentru Lot nr. 14 Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă		
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină de ofertant	
	Model	P60, Sonoscape, China cu 3 probe (12L-A, C1-6A, S1-5) + B/W Thermal Printer (SONY UP-X898MD)
Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel puțin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 MHz numar de elemente ≥192 Convex 1.5 -5,5 MHz numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Phased/Vector 1,5-5 MHz numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Măsurarea automată a intimei-media da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Analiza cantitativa TDI da Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da PAN/ZOOM imagine în timp real da image înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR rezoluție înaltă, ≥1920 x 1080px ≥23" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥12"	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă - DA APLICAȚII CLINICE General, cardiac, DA PROBE PORTURI =5, cel puțin 4 active, DA PROBE TIP, MHz Linear probe 3 – 17 MHz, DA, tip 12L-A numar de elemente =256, Da Convex probe 1.0 -8,0 MHz, Da, tip C1-6A numar de elemente =192, Da Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal), Da Phased/Vector probe 1,0-7 MHz, DA, tip S1-5 numar de elemente =80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) NIVELE DE GRI ≥ 256, Da GAMA DINAMICA ≥ 280dB, DA Adâncimea scanării ≥ 40 cm, DA PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000, POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Măsurarea automată a intimei-media da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Analiza cantitativa TDI da Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da PAN/ZOOM imagine în timp real da image înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate = 2 TB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR rezoluție înaltă, ≥1920 x 1080px =23,8" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen =13.3"	Documentele confirmative
		Vezi specificatia tehnica producatorului

Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel da Imprimantă digitală alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da	Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel da Imprimantă digitală alb-negru da, <u>SONY UP-X898MD</u> Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da	
--	--	--