

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1658149574916	Data: 05.08.2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea echipamentului medical Lampă scialitică de operații la 360o cu sursa LED	Lot: 1	Pagina: 1 din 2

LOT	Cod CPV	Specificatie Solicitata	Cantitate	UM	Produs Oferit	Producator /Tara	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3316700 0-8	Lampă scialitică de operații la 360o cu sursa LED	1	Bucata	ALVO Vela	Alvo, Polonia	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți. Descriere: Lampă chirurgicală cu 2 cupole, brațe duble se rotesc nx360°, 1 de 130K lux și alta de 160k lux cu diode LED sa nu contina plumb, mercur si alte substanțe periculoase, fără raze UV nocive. Ciclul de viață al luminilor: > 50 000 h Reglarea intensității luminii: 5% - 100% Diametrul câmpului luminous – 200 – 230 mm Interval de lucru fără reorientare: 700/800 – 1300/1400 mm Numărul de LED-uri în capul luminos: 80-90 Temperatura capacului lămpii după 60 minute – 35-45 °C Alimentare electrică: 90–250 V AC Consum de energie: (±10%) – 60 – 110 W Lampa chirurgicala trebuie sa fie compatibila cu masa de operatii astfel încât sa fie posibilă conectarea ambelor echipamente la un sistem de control centralizat „inteligent”	ISO/CE

							care sa permită manipularea echipamentelor din sală de operatii de la distanță.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Bocancea

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Penta Trading

Adresa: str. Mesterul Manole 9, Chisinau