

Propunere tehnică

LOT 52 - Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE	DA	NU	Documentul si pagina care atesta conformitatea
SPECIFICATII			
Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz	x		Pag. 1
Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mână • Comutator de picior • Bipolar: 2 canale izolate	x		Pag. 2 si pag. 8
Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată , Coagulare prin pulverizare	x		Pag. 3 si pag. 5
Dozarea automată a puterii • Funcție de autotestare	x		Pag. 4
Canal de ieșire independentă	x		Pag. 4
Indicatoare: Acustic si Vizual	x		Pag. 5
Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF;	x		Pag. 6
Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 pini de 4 mm)- standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul instituției. • Portul monopolar cu port de tip „mama ” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul instituției.	x		Pag. 7 si pag. 8
ACCESORII	x		
Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc.	x		Pag. 9
Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc.	x		Pag. 3
Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc.	x		Pag. 9
Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibil cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”.- 2 buc.	x		Pag. 11
Electrod neutru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc	x		
• Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul.	x		Declarație
Troliu cu minim 4 roti, 2 blocabile cu polița adițională pentru păstrarea accesoriilor-1 buc.	x		Pag.10
B.CERINTE DE CERTIFICARE			

Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. /	x		
Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. /	x		
Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu	x		
Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză)-obligatoriu laminat atașat de dispozitiv //Să se indice atât în oferta de preț cât și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	x		