

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1648111507434 din 30.03.2022								
Obiectul achiziției: Kituri și consumabile pentru dializa								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Kituri și consumabile pentru dializa	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	CRRT KIT (mix configuration) 0.3, 0.5, 0.8, 1.4, 1.7,2.2 m2	SUA	Medtronic	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min . Setul trebuie sa aiba marcaj CE	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min . Setul trebuie sa aiba marcaj CE	ISO, CE
1.2		Punga de golire Waste bag 5 L.	Waste bags 2 pieces	SUA	Medtronic	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE	ISO, CE
1.3		Bicarbonat hemofiltration solution	Bag bicompartimental 5 lt HMB36/4/2	SUA	Medtronic	Solutia trebuie sa fie destinata terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon	Solutia trebuie sa fie destinata terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon	ISO, CE
1.4		Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm	Mahurkar Elite High Flow 13,5F/200MM *5KIT	SUA	Medtronic	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilator 13.5 Fr	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilator 13.5 Fr	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1648111507434 din 30.03.2022							
Obiectul achiziției:					Kituri și consumabile pentru dializa							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Kituri și consumabile pentru dializa	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	3	buc	33 773.36	40 528.03	101 320.08	121 584.09	la solicitare timp de 24 ore.	33600000-6	-	-
1.2		Punga de golire Waste bag 5 L.	22	buc	30.32	36.38	667.04	800.36		33600000-6	-	-
1.3		Bicarbonate hemofiltration solution	100	buc	215.73	258.88	21 573.00	25 888.00		33600000-6	-	-
1.4		Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm	5	buc	733.99	792.71	3 669.95	3 963.55		33600000-6	-	-
TOTAL Oferta							127 230.07	152 236.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90