

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **9 sept 2020, 9:33 - 16 sept 2020, 9:33**

Procedura de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1599213732601**

Anunț de participare Nr.:

Către: **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

Biosistem-mld SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Biosistem-mld SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Utilaj Medical

c) Suma totală a ofertei
fără TVA constituie: **66,966.90 lei**
șaizeci și șase mii nouă sute șaisezece și șase lei și nouăzeci bani

d) Suma totală a ofertei
cu TVA constituie: **80,360.28 lei**
optzeci mii trei sute șaisezece lei și douăzeci și opt bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Biosistem-mld SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul

Semnat: _____

Nume: **Poiata Vitalie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Biosistem-mld SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7**

Data: **9 sept 2020, 9:33 - 16 sept 2020, 9:33**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:							ocds-b3wdp1-MD-1599213732601 din 9 sept 2020, 9:33 - 16 sept 2020, 9:33		
Denumirea procedurii de achiziție:							Utilaj Medical		
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
2	Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă	33100000-1	Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă	WaterLily	Italia	Eurosets	Dispozitivul să fie conceput pentru a asigura un mediu închis peste o rană, pentru a evacua exudatele de la locul plăgii la un recipient de unică folosință, care poate promova vindecarea rănilor prin eliminarea lichidelor, inclusiv și irigarea lichidelor biologice, exudate din rană și materiale infecțioase. 2. Mediul închis să fie creat prin aplicarea unui pansament steril la locul plăgii și conectarea plăgii sigilate la dispozitivul de aspirație. 3. Dispozitivul să funcționeze pe rețeaua de curent alternativ, cu un adaptor de curent alternativ, sau cu o baterie internă. Bateria internă se încarcă atunci când dispozitivul este conectat la rețeaua de curent alternativ atât în timpul funcționării cât și când este oprit și nu este utilizat. 4. Accesorii: a) curele pacient pentru a transporta dispozitivul; b) geanta disponibilă pentru un recipient de minim 300 ml; c) piese de schimb, inclusiv inelul de intrare, filtrul de miros și picioarele de cauciuc. 5. Presiune maximum 200mmHg. 6. Regimuri de funcționare: minim 2 7. Baterie: timpul de operare minim 20 de ore, timp de încărcare maxim 3 ore. 8. Consumabile: Gama cu porturi moi, spumă și tifon care să faciliteze terapia adaptată, cu confort și versalitate, în tratarea rănilor provocatoare. Spuma poliuretanică (să prezinte o structură de celule deschise și proprietăți ale materialului hidrofil, destinat să permită un management eficient al fluidelor). Tifon – să fie eficient în răni cu drenaj scăzut până la moderat, să absoarbă și să rețină lichidul prin fibrele hidrofile. Nu se folosește pe răni cu un nivel ridicat de exudat. Drenuri - trusele de scurgere să fie concepute pentru a spori tratamentul și să faciliteze eliminarea exudatului din rănilor complexe, cu o construcție practică de silikon și o bandă radiopaque pentru	conform anexei	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție					ocds-b3wdp1-MD-1599213732601 din 9 sept 2020, 9:33 - 16 sept 2020, 9:33					
Denumirea procedurii de achiziție:					Utilaj Medical					
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă	Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă	33100000-1	1	set	66,966.90	80,360.28	66,966.90	80,360.28	la comanda, in termen de 10 zile pe parcursul anului 2020
TOTAL Oferta							66,966.90	80,360.28		

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7