

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1575890829458 din 24.12.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem integrat automatizat de control, monitorizare și analiză a materialului seminal

Cod CPV	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sistem integrat automatizat de control, monitorizare și analiza aprofundată a materialului seminal	SCA (Pack VET) (cu accesprîi)	Spania	Microptic	Componente minime a sistemului: - Monobloc incorporat cu microscop și masută încălzită; - Analiză automată a concentrației ejaculatului; - Analiză mobilității generale și liniare a spermatozoizilor - Analiză morfologică automată a minim 5 defecte morfologice a spermei, care influențează negativ capacitățile de reproducere a spermatozoizilor - Calibrare automată a temperaturii și luminozității sistemului - Calculul numărului de spermatozoizi în funcție de calitatea și concentrația spermatozoizilor, volumului diluantului, numărului de doze obținute dintr-un ejaculat - bază de date incorporată cu capacitatea de totalizare automată a informației acumulate pe întreaga trasabilitate a procesului tehnologic cu posibilitatea de efectuare a exportului de date - Sistem de operare în limba română și/sau rusă - Minim 3 porturi USB 2.0 de mare viteză pentru a simplifica transferul de date și conectarea la dispozitive externe - Monitor de înaltă rezoluție și diagonală de minim 23 inch - Tastatură și mouse wireless - Porturi Ethernet - Termen de garanție, minim 1 an	Sistem integrat automatizat de control, monitorizare și analiză aprofundată a materialului seminal suin și bovin Componente minime a sistemului: - Monobloc incorporat cu microscop și masută încălzită; - Analiză automată a concentrației ejaculatului; - Analiză mobilității generale și liniare a spermatozoizilor - Analiză morfologică automată a 5 defecte morfologice a spermei, care influențează negativ capacitățile de reproducere a spermatozoizilor - Reglare automată a temperaturii și intensității și contrastului luminii sistemului - Calculul numărului de spermatozoizi în funcție de calitatea și concentrația spermatozoizilor, volumului diluantului, numărului de doze obținute dintr-un ejaculat - bază de date incorporată cu capacitatea de totalizare automată a informației acumulate pe întreaga trasabilitate a procesului tehnologic cu posibilitatea de efectuare a exportului de date - Sistem de operare (softul de analiză a spermatozoizilor și sistemul windows) în limba rusă Calculator: - Minim 3 porturi USB 2.0 de mare viteză pentru a simplifica transferul de date și conectarea la dispozitive externe - Monitor de înaltă rezoluție și diagonală de minim 23 inch	

						- Tastatura si mouse wireless - Porturi Ethernet - Termen de garantie 1 an pentru toate componentele sstemului de analiza	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau