

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 16.06.2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	E700/500	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da Numărul de sateliți 2 Da Temperatura culorii Reglabilă ,4500 ±500 K Da Reglarea intensității luminei Da Indexul de culoare Ra ≥ 95 Da Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Da Diametrul ajustării min.24-33 cm Da Adâncimea ≥ 80 cm Da Distanța de lucru 0.7-1.5 m Da Nivelul de iluminare la 1 m distanță Satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux Da Satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux Da Rotația ≥ 360 grade Da Ajustare pe verticală cm ≥80 Da Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Da Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Da Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Da Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Da Mînere detașabile sterilizabile Da Panou de control integrat în lampa principală Da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Da Înălțimea podului 3-4 m Da	Descriere: Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți model E700/500 Parametru Specificația Da, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da, Numărul de sateliți 2 Da, Temperatura culorii Reglabilă , 3000-5500 K Da, Reglarea intensității luminei Da, Indexul de culoare Ra 96 Da, Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Da, Diametrul ajustării 15 - 35 cm Da, Adâncimea ≥ 80 cm Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m Da, Nivelul de iluminare la 1 m distanță Satelitul nr.1 180 000 lux, reglabil de la 93000 pana la 180,000 lux. Satelitul nr.2 : 160 000 lux, reglabil de la 83000 pana la 160,000 lux. Da, Rotația 540 grade Da, Ajustare pe verticală ≥80 cm Da, Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Da, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Da, Durata medie de viață a LED-urilor 80000 h Da, Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Da, Mînere detașabile sterilizabile Da, Panou de control integrat în lampa principală Da, Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. Da, Înălțimea podului 3-4 m . <u>Lampa chirurgicala cu 2 sateliti E700/500 este înregistrată în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sub numarul DM000377091</u> <i>Vedeți Catalogul atașat MICARE PowerLED model E700/500 (pag.3 tabela cu parametri Technical Sheet). De asemenea, la pag.2 a catalogului referitor la camera video este indicat "HDI-SDI Camera Optional, Integrated</i>	CE, ISO

						cameras are fully enclosed inside the light head, records for risk, management, and optimize understanding and learning.....Removable Sterilizer Handle Can Be Easily Replaced by Internal Camera”, iar informația mai detaliată despre camera video și monitor o găsiți la pag.4 a catalogului. Vedeți Specificația tehnică atașată a producătorului Specification E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Serana Grup SRL

mun.Chisinau, str.31 August 1989, nr.64, of.40