

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1651130054540</u> din <u>31.05.2022</u>						
Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 151: Set căști pentru Interacoustics AC40	Set căști DD45 + B-71	China	Tungtech	Compatibil cu audiometru <i>Interacoustics AC40</i> . Ref: Radioear 3045 - 1 bucată, Ref: Radioear B-71 - 1 bucată, În set cu cabluri de conectare la audiometru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	DD45 Adult Audiometric headset: - Headband: HBA, foldable - Transducer: DD52 - Impedance: 10 Ω ± 1.0 Ω - Frequency response: 100 Hz - 8 kHz - Sensitivity : 108 ± 3dB SPL@1000 Hz @ 1mW - Cable length: 2 meter - Plug type: 30°, 2 x 6.3mm gold-plated mono jack - Environmental: RoHS compatible B-71 Bone conductor: - Nominal power: 1.5 W - Impedance: 4Ω±15% test at 200Hz, 3 v - Resonance frequency: 300 Hz - 19 kHz - Average working voltage: 3.7 V - Current consumption (max.): 600 mA - Distortion : less 5% - Environmental: RoHS compatible	CE/ ISO
Lot 182: Kit de mentenanța pentru 600 de cicluri	S130D PM Kit-1	Coreea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea	Kit de mentenanța pentru 600 de cicluri, original de la producător	CE/ ISO

				compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		
Lot 183: Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri	S130D PM Kit-2	Coreea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri, original de la producator	CE/ ISO
Lot 184: Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri	S130D PM Kit-3	Coreea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri, original de la producator	CE/ ISO
Lot 185: Ace pentru injecție H2O2	S060-0011-00	Coreea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	S060-0011-00 NEEDLE ASS'Y	CE/ ISO
Lot 186: O-ring, conector temperatură înaltă	S015-0030-00	Coreea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	S015-0030-00 High Temp. Center-ring	CE/ ISO

Semnat: semnatura electronica Numele, Prenumele: Latîșev Anastasia În calitate de: Director
Ofertantul: EDELMED SRL Adresa: mun.Chișinău bd.Traian 1/1 of.80