



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



55011436

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Baton faina de griu calitatea II amestec cu tarita
Brutaria SRL Pangrup s.Chetrosu r-l.Drochia
can prelevata 1 proba (500g)

Beneficiar: SRL PanGrup

Adresa juridică: s.Chetrosu r-l.Drochia

Data și ora prelevării: 31.07.2025 09:20:00

Livrat in laborator: 04.08.2025 15:15:38

Data eliberării raportul 05.08.2025 15:30:40

Producătorul

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 1 a), anexa 2 a)

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Porozitatea miezului*	73,4	%		min. 60,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		2,0-5,0	GOST 5670-96
Umiditate*	40,6	%		39,0-48,0	GOST 21094-75
Indicii organoleptici*	Proba dată corespunde anexei 1a) HG 775/2007				
Data începerii investigației	31/07/2025				
Data finisării investigației	01/08/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 775/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:
Mariana Ciubuc

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Liliana Tofan



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
IDNO 1018601000021
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
1 CSP SOROCA