

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1756899569335

Data: „17” octombrie 2025

Alternativa nr.:

Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
53100000-1	23	Autoclav cu vacuum 401 (270120)	Autoclav cu vacuum 401 (270120)	SEA-45L	China	Runyes Medical Instrument Co., Ltd.	<p>Cod 270120 Descriere: Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametru/Specificația Clasa autoclavului/Clasa B Construcția interioară/cămera de sterilizare din oțel inox Exterior/metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire/obligatoriu Securitate la suprapresiune/obligatoriu Alarme/acustică vizuală Durata sterilizării/reglabilă/obligatoriu Control/Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușă deschisă/obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare/obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit/obligatoriu Imprimantă/obligatoriu Afișaj/alfanumeric Ciclu de sterilizare/Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum/obligatoriu Pre și post vacuum/selectabil Sistem de uscare/obligatoriu Facilități de setare/timp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior/26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tăvi Regimuri de sterilizare/minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare/121°C, 134°C Gama de temperatură/diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date: data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă/min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz</p>	<p>Cod 270120 Descriere: Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers</i> Parametru/Specificația Clasa autoclavului/Clasa B <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6</i> Construcția interioară/cămera de sterilizare din oțel inox <i>Da. 304 Stainless</i> Exterior/metalic galvanizat <i>Da</i> Securitate la supraîncălzire <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers</i> Securitate la suprapresiune <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers</i> Alarme/acustică vizuală <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers</i> Durata sterilizării/reglabilă <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers pag. 8</i> Control/Microprocesor <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers</i> Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușă deschisă <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers</i> Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare <i>DA</i> Suprafața exterioară să nu se încălzească <i>DA</i> Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit <i>DA</i> Imprimantă <i>DA</i> Afișaj/alfanumeric <i>DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 4 pagina 7</i> Ciclu de sterilizare/Ciclu de presiune pozitivă <i>DA</i> Ciclu de vacuum <i>DA</i> Pre și post vacuum/selectabil <i>DA</i> Sistem de uscare <i>DA</i> Facilități de setare/timp <i>DA</i> temperatura <i>DA</i> eliberare automată a vaporilor <i>DA</i> imprimare a rezultatelor <i>DA</i> răcire rapidă <i>DA</i> Volum interior 45 litri. <i>OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6</i> Precizie timp de sterilizare 1 min <i>DA</i> Rafturi da, 4 tăvi <i>DA</i> Regimuri de sterilizare/7 regimuri <i>OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.1 pagina 12</i> Temperatura de sterilizare/121°C, 134°C <i>Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 1.4 pagina 2</i> Gama de temperatură/diapazon minim 105 - 134 grade C <i>DA</i> Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare <i>DA</i> Înregistrator date <i>DA</i> Tip date: data <i>DA</i> timp <i>DA</i> temperatura <i>DA</i> presiune <i>DA</i> Capacitatea rezervorului de apă/10 Litri <i>OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6</i> Alimentare 220V, 50 Hz <i>DA, OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 8.5 pagina 19</i></p>	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____