

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:21245571/ ocds-b3wdp1-MD-1719813131549 din 01.07.2024						
Obiectul achiziției:Consumabile și piese de schimb pentru DM anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
32.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400	PN: 242-003	Germania	BOWA	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$ compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400	DA Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$ compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400	ISO, CE
33.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	PN: 375-045	Germania	BOWA	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	DA Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	ISO, CE
36.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250	PN: 242-003	Germania	BOWA	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$ compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR250	DA Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$ compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR250	ISO, CE
37.Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250	PN: 220-045	Germania	BOWA	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	DA Bisturiu electric, reutilizabil 200 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	ISO, CE
38.Lama reutilizabila pentru bisturii compatibil cu Bowa AR250	PN: 530-207	Germania	BOWA	Lama detasabila, reutilizabila 2.4 mm, set de 5 buc, pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250	DA Lama detasabila, reutilizabila 2.4 mm, set de 5 buc, pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250	ISO, CE
39.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250	PN: 385-050	Germania	BOWA	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	DA Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	ISO, CE

40.Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303	PN: 280-035	Germania	BOWA	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	DA Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	ISO, CE
61.Bec incandescent la laringoscop KaWe	cod:12.75126.003; cod:12.75127.003	Germania	Kawe/ kirchner & wilhelm	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu lama simpla Laringoscop KaWe cod: 12.75126.003- compatibile cu lamele 00-1; cod: 12.75127.003 - compatibile cu lamele 2-5;	ISO, CE
62.Mâner reîncărcabil la laringoscop KaWe	Charging Battery handle C, F.O, medium, cod: 03.41010.521+Hexon Lamp 12.75244.013	Germania	Kawe/ kirchner & wilhelm	Mâner reîncărcabil cu placa de contact cu baterie si cu placa de contact cu statie de incarcare, pentru lamă cu bec incandescent 2.5V la laringoscop KaWe	Mâner reîncărcabil fibra optica pentru laringoscopul Kawe, d. 28 mm, 3.5V + lampa Henon de 3,5V	ISO, CE
63.Stație reîncărcabilă pentru laringoscop KaWe	KaWe MedCharge 4000/ cod: 12.80005.002	Germania	Kawe/ kirchner & wilhelm	Stație reîncărcabilă cu posibilitatea de încărcare a min .2 mâner cu cablu de alimentare pentru laringoscop KaWe	Stație Kawe pentru incarcarea bateriilor reincarcabil,cu posibilitatea de încărcare a 2 mâner cu cablu de alimentare pentru laringoscop KaWe	ISO, CE
64.Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	Macintosh F.O. blade, No. 3/ cod: 03.42013.631	Germania	Kawe/ kirchner & wilhelm	Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	Lama Nr.3 tip Macintosh, Fibra optica reutilizabilă, compatibilă cu minerul de tip C (lot 62) a laringoscopului KaWe	ISO, CE
65.Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	Macintosh F.O. blade, No. 3/ cod: 03.42013.641	Germania	Kawe/ kirchner & wilhelm	Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	Lama Nr.4 tip Macintosh, Fibra optica, reutilizabilă, compatibilă cu minerul de tip C (lot 62) a laringoscopului KaWe	ISO, CE
66.Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe	cod:12.80220.722	Germania	Kawe/ kirchner & wilhelm	Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe	Acumulator reincarcabil 3,5V Li-ion, compatibil cu minerul (lot 62) si Statia de incarcare (lot 63) Nota: Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh - a fost scos din productie	ISO, CE
67.Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton	PN: 950185	Elvetia	Hamilton Medical	Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	DA Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	ISO, CE

68.Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	PN: 950185	Elvetia	Hamilton Medical	Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni de la data livrării	DA Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni de la data livrării	ISO, CE
69.Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	PN: 950185	Elvetia	Hamilton Medical	Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	DA Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	ISO, CE
165.Lama reutilizabila de tip cuțit, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300	PN: 530-028	Germania	BOWA	Lama reutilizabila de tip cuțit, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 152 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-028	DA Lama reutilizabila de tip cuțit, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 152 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-028	ISO, CE
166.Lama reutilizabila de tip minge, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300	PN: 530-030	Germania	BOWA	Lama reutilizabila de tip minge, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 128 mm, diametrul mingei de 6 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-030	DA Lama reutilizabila de tip minge/ bilă , detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 128 mm, diametrul mingei de 6 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-030	ISO, CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Tudor Ceaicovschi;** În calitate de: **Director General;**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2