

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21008027 din 20.05.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Piese, accesorii, consumabile pentru dispozitivele medicale - 2019

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 10						
UPS "Pulsar M 2200, MGE"	GP1272F2	Taiwan	CSB	Acumulator reîncărcabil pentru UPS. - Acumulator reîncărcabil 12V 7.2Ah.	Caracteristici de bază Acumulator plumb acid reîncărcabil Capacitate:7200mAh	ISO
Lotul 31						
Sursă de lumină "CLV-190, Olympus"	Cermax J2022	SUA	Excelitas	Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300 W	Lampa xenon 300W Compatibilă cu sursa de lumină Olympus	ISO/CE

Semnat :electronic Numele, Prenumele: Anastasia Latisev În calitate de: Director

Ofertantul: Edelmed Adresa: mun.Chisinau Str. Traian 1.1 of 80