

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1597055200947	Data: „20” august 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Set consumabile pentru plasmafereză	Lot: 1	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Set consumabile pentru plasmafereză	Set consumabile p/u realizarea plasmaferezei	China	Zhengyuan Technology Co, Ltd.	• Sistem de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; • Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală: ☐ integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; ☐ asigurat cu clamă; ☐ amplasat pe tubulatură de recoltare până la ramificarea racordului Y. • Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.	• Sistem de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; • Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală: ☐ integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; ☐ asigurat cu clamă; ☐ amplasat pe tubulatură de recoltare până la ramificarea racordului Y. • Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 200 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.	CE, Declarația de conformitate
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gușan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**