

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782355776143 din 6 iul 2026, 10:00 - 29 iul 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 000-1	17	Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF	UTRID-16	SUA	LogTag North America Inc.	Înregistrator temperatură USB PDF Destinație: pentru monitorizare temperaturii în timp real cu precizie înaltă a produselor biomedicale din sânge în timpul depozită și transportării Intervale de măsurare (minimal) a senzorului:-30C până la +60C Înregistrare în timp real a datelor. Rezoluție de citire: 0.1C Afișarea datelor în timp prezent valori cu o zecimală în C Timp de reacție al senzorului: mai puțin de 7 minute în aer în mișcare (1m/s conform EN12830:1999) Capacitate de înregistrare de temperatură: minim 100 zile la interval de 10 minute de înregistrare, 150 zile la interval de 15 minute la interval 15 minute de înregistrare Memorie statică (pentru afișare pe LCD) Valori maxime/minime și valori ale duretei alarmei. Interval de eșantionare configurabil: de la 30 de secunde la 18ore Opțiuni de pornire a înregistrării Pornire: prin apasare buton sau setarea dataă și ora specifică. Întirziere opțională: de pornire de până la 72 ore Indicație de înregistrare: Simbol REC pe LCD Alarmer: trei alarme superioare configurabile și trei alarme inferioare configurabile Timp de descărcare , cu memoria plină: nu mai puțin de 30 secunde de la momentul inserării până la dispoznibilitatea raportului PDF Securitate: IEC 60529: IP64 cu capac USB montat Sursa de alimentare: Baterie CR2032 3V LiMnO2 (înlocuibilă)/ CR2450 3V LiMnO2 sau similar Durata de viață a bateriei: 1 an de viață a bateriei	Model UTRID-16, Producator: LogTag North America Inc. Înregistrator temperatură USB PDF Destinație: pentru monitorizare temperaturii în timp real cu precizie înaltă a produselor biomedicale din sânge în timpul depozită și transportării Intervale de măsurare (minimal) a senzorului:-30C până la +60C Înregistrare în timp real a datelor. Rezoluție de citire: 0.1C Afișarea datelor în timp prezent valori cu o zecimală în C Timp de reacție al senzorului: mai puțin de 7 minute în aer în mișcare (1m/s conform EN12830:1999) Capacitate de înregistrare de temperatură: minim 100 zile la interval de 10 minute de înregistrare, 150 zile la interval de 15 minute la interval 15 minute de înregistrare Memorie statică (pentru afișare pe LCD) Valori maxime/minime și valori ale duretei alarmei. Interval de eșantionare configurabil: de la 30 de secunde la 18ore Opțiuni de pornire a înregistrării Pornire: prin apasare buton sau setarea dataă și ora specifică. Întirziere opțională: de pornire de până la 72 ore Indicație de înregistrare: Simbol REC pe LCD Alarmer: trei alarme superioare configurabile și trei alarme inferioare configurabile Timp de descărcare , cu memoria plină: nu mai puțin de 30 secunde de la momentul inserării până la dispoznibilitatea raportului PDF Securitate: IEC 60529: IP64 cu capac USB montat Sursa de alimentare: Baterie CR2450 3V LiMnO2 Durata de viață a bateriei: circa 2 ani in cazul utilizarii normale	WHO PQS: E006-076

						înainte de pornire Ceas în timp real încorporat Interfața de conectare: USB, mufă de tip A Software PDF reader, Analyser 2.8 sau o versiune ulterioară Material carcasă: polycarbonat Modele validate de OMS Cu certificat: WHO PQS: E006-099 și/sau RoHS Directive 2011/65/EU EN 12830:2018 ISO 9001:2015 ISO14001:2015	Ceas în timp real încorporat Interfața de conectare: USB, mufă de tip A Software PDF reader, Analyser 2.8 sau o versiune ulterioară Material carcasă: polycarbonat Model validat de OMS Cu certificat: WHO PQS: E006-076	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Mihai Volcovschi În calitate de: administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2