

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "05" august 2021

Procedura de achiziție Nr.: 21042360, Achiziționare sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)

Anunț de participare Nr.: _____

Către: **Consiliul Raional Cahul**

Intermed SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____
- b) **Intermed SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: sistem de raze X panoramic
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **256 500,00** (două sute cincizeci și șase mii cincisute) lei
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **307 800,00** (trei sute șapte mii opt sute) lei
- e) Prezența ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Intermed SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnată, afiliat și/sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Chior Natalia**

în calitate de: **director**

Ofertantul: **Intermed SRL**

Adresa: mun. Chișinău, str Albisoara 64/2

Data: "05" august 2021

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție 21039821 din 25 iunie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	3310000-1	Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)	Planmeca Pro One	Finlanda	Planmeca	sistem de raze X panoramic, dentar, specificația: 1) Generator de raze X: -tipul: inverter; -treceră: 40-50 KHz; -tensiune: 50-90 kV; -curent mA/sec: 3-10 mA; -filara totală (minim) mm Al: 2,8 mm; -sistem de răcire: control automat/protecție de supraîncălzire > 60 (răcire cu aer); -filara adițională (minim) mm Al: 2,0; 2.) Tub de raze X: -tip: staționar; -filara totală (minim) mm Al: 0,8 mm; -raza de acoperire: 95x380 mm; -înălțimea: minim 700 mm, maxim 2300 mm; 3.) Detector digital: -tip: CMOS Detector; -lungimea suprafeței active a senzorului minim mm: 150,4 mm; -lățimea suprafeței active a senzorului minim, mm: 6 mm; -format de imagine: HD. Timpul de expunere: 10-14 sec 3.) Prezența laserelor de poziționare: orizontală sagital indicarea dințului	sistem de raze X panoramic, dentar, specificația: 1) Generator de raze X: -tipul: inverter; -treceră: 40-50 KHz; -tensiune: 50-90 kV; -curent mA/sec: 3-10 mA; -filara totală (minim) mm Al: 2,8 mm; -sistem de răcire: control automat/protecție de supraîncălzire > 60 (răcire cu aer); -filara adițională (minim) mm Al: 2,0; 2.) Tub de raze X: -tip: staționar; -filara totală (minim) mm Al: 0,8 mm; -raza de acoperire: 95x380 mm; -înălțimea: minim 700 mm, maxim 2300 mm; 3.) Detector digital: -tip: CMOS Detector; -lungimea suprafeței active a senzorului minim mm: 150,4 mm; -lățimea suprafeței active a senzorului minim, mm: 6 mm; -format de imagine: HD. Timpul de expunere: 10-14 sec 3.) Prezența laserelor de poziționare: orizontală sagital indicarea dințului	
						3.) Suport pentru barbă, Element de mușcare, Miner pacient, Alimentație: 220-240V 50Hz; Software: -baza de date cu implanturi; -posibilități de printare; -export de date: Dicom, JPG, PDF; -inscriere pe CD-DVD, viewer incorporat; Calculator Monitor: 19"; Revenire automată la poziția inițială Comandă de oprire urgentă: Control multifuncțional; Foto printer color wifi 6 culori	Suport pentru barbă, Element de mușcare, Miner pacient, Alimentație: 220-240V 50Hz; Software: -baza de date cu implanturi; -posibilități de printare; -export de date: Dicom, JPG, PDF; -inscriere pe CD-DVD, viewer incorporat; Calculator Monitor: 19"; Revenire automată la poziția inițială Comandă de oprire urgentă: Control multifuncțional; Foto printer color wifi 6 culori	

Semnati: _____
Numar, Prenumele: Chivu Natalia In calitate de: director

Ofertantul: Intermed SRL, Adresa: mihai Chisnu, str Albisoara 64/2



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11]

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție 21042360 din 05 august 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de raze X panoramic, dentar (ortopantomograf)

Nr loc	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Valoarea totală a ofertei	
									3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	33100000-1	Sistem de raze X panoramic, dentar (ortopantomograf)	1	bucată	256.500,00	307.800,00	256.500,00	307.800,00	Conform cerințelor	
										307.800,00

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Chicu Natalia In calitate de: director

Ofertant: Intermed SRL Adresa: mun. Chisinau, Albișoara 64/2

