

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1686930755551 din 29.06.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie**

| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Ciment glasionomer pentru fixarea lucrărilor protetice | CX-Plus | Japonia | SHOFU INC. | Ciment radio-opac, eliberează fluor, grosime scăzută a peliculei, rezistență la comprimare, adeziune puternică, mixare și utilizare ușoară, sensibilitate scăzută la umezeală la începutul fixării. Indicații: cimentarea coroanelor și puntilor, inlays/onlays, brackeți ortodontici. Ambalaj: 1 flacon pulbere maxim 35 gr, 1 flacon lichid maxim 17 ml | Ciment radio-opac, eliberează fluor, grosime scăzută a peliculei, rezistență la comprimare, adeziune puternică, mixare și utilizare ușoară, sensibilitate scăzută la umezeală la începutul fixării. Indicații: cimentarea coroanelor și puntilor, inlays/onlays, brackeți ortodontici. Ambalaj: 1 flacon pulbere 35 gr, 1 flacon lichid 17 ml | CE Certificate No G1 101021 003 Reb.01 |
| 39 | Gel pentru rețracția gingiei | ViscoStat Clear | SUA | Ultradent | Gel pentru rețracția gingiei, ce conține 25% clorură de aluminiu, culoare – transparent. Ambalaj: tub de minim 30 ml | Gel pentru rețracția gingiei, ce conține 25% clorură de aluminiu, culoare – transparent. Ambalaj: tub de 30 ml | Registrul Dispozitivelor Medicale RM nr. DM000342784 |
| 113 | Pastă devitalizantă | I-Devit | Lituania | Medicinos linija | Pastă utilizată pentru devitalizarea pulpei înainte de extirparea devitală sau amputarea sau devitalizarea reziduală după îndepărtarea țesutului pulpar non-vital. Nu conține ARSEN și oferă devitalizare și mumificare în condiții de siguranță. Ambalaj: seringă minim 3 gr | Pastă utilizată pentru devitalizarea pulpei înainte de extirparea devitală sau amputarea sau devitalizarea reziduală după îndepărtarea țesutului pulpar non-vital. Nu conține ARSEN și oferă devitalizare și mumificare în condiții de siguranță. Ambalaj: seringă 3 gr | Certificate ISO 13485:2016 |
| 135 | Set de braketuri mini | Equilibrium mini | Germania | Dentaurum | Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți | Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține 20 bucăți | CE Certificate D1002600038 |
| 161 | Piesă unghi | Geared Angle Handpieces 1:1 | China | COXO | ES 1:1, 40000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei | ES 1:1, 40000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------|---|--|--|
| 163 | Piesă contraunghi cu multiplicare 1:5 | Geared Angle Handpieces 1:5 | China | COXO | Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutate 75 - 90 gr. Să posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi și cuplă lubrifiere cap piesă contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare, termen de garanție al piesei minim 6 luni | Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button". Să posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi și cuplă lubrifiere cap piesă contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare. | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------|---|--|--|

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Irina Bolgari În calitate de: Directoare "Caracaș-Dental" SRL

Ofertantul: "CARACAȘ-DENTAL" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 66