

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1661424526520	Data: 16.09.2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipamente Medicale	Lot: 8	Pagina: 1 din 2

LOT	Cod CPV	Specificatie Solicitat a	Cantitate	UM	Produs Ofert	Producator/ Tara	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
8	33100000-1	Masa pentru operatii cu 6 sectii	1	Bucata	ETIUDA	Alvo, Polonia	Masă pentru operații cu 6 secții Tip masa Electrohidraulica Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim)	Masă pentru operații cu 6 secții Tip masa Electrohidraulica Mărimile mesei Lungimea = 220 cm Lățimea = 56 cm cu sine laterale Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 70-103 cm Deplasarea longitudinală 30 cm standard si 42cm optional Trendelemburg = 40 grade Inversarea trendelemburgului = 40 grade Secțiile mesei = 6 secții Înclinarea: Laterală = 30 grade Secția din spate de la +85 la -45 grade	ISO/CE

							Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei cu pedala, tip electrohidraulică Motor electric pentru mișcarea sus/jos, lateral, trendelenburg, invers trendelenburg, a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomandă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit.	Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade Greutatea pacientului max 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 47x39 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei cu pedala, tip electrohidraulică Motor electric pentru mișcarea sus/jos, lateral, trendelenburg, invers trendelenburg, a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomandă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit.	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

							curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Andrei Bocancea

Ofertantul: SRL Penta Trading



În calitate de: Director

Adresa: str. Mesterul Manole 9