

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1629441278836	Data: „10” septembrie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	articolelor parafarmaceutice. (repetat)	Lot: 24, 34, 35, 36, 37	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33141100-1	24	24. Masca facială pentru ventilație noninvazivă	NIV Face mask (1701, 1702, 1703)	Taiwan	DC Medical	Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, port pentru măsurare presiunii, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), corpul măștii să fie solid (polycarbonat), zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere pentru fixarea etanșă a măștii la fața pacientului, din material elastic cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (desinfectante), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de înlocuire în caz de uzură. nivelul de zgomot ≤28dB. să aibă orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspirație, Mărimi diferite la comandă S, M, L. Garanția ≥12 luni, piesele de schimb accesibile la comandă.	Conform broșurii atașate	ISO/CE
33141100-1	34	34. Tuburi gofrate pentru aparate VAP Avea p/u nou născuți	3441 Neonate Single-Heated Circuit	Taiwan	DC Medical	Tuburi gofrate pentru nou-născuți de unică folosință cu element încălzitor inspir+ capcana de apă expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar	Conform broșurii atașate	ISO/CE
33141100-1	35	35. Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare	3440 Neonate Single-Heated	Taiwan	DC Medical	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element	Conform broșurii atașate	ISO/CE

		integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea	Circuit with Chamber			încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea.mod de prezentare - set		
33141 100-1	36	36. Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	3441 Neonate Single-Heated Circuit	Taiwan	DC Medical	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray. mod de prezentare - set	Conform brosurii atasate	ISO/CE
33141 100-1	37	37. Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000	3446 Neonate Single Heated SLE500	Taiwan	DC Medical	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000. mod de prezentare - set	Conform brosurii atasate	ISO/CE

Semnat:_____ Numele, prenumele: ***Prodan Sveatoslav*** În calitate de: ***Director***

Ofertantul: ***Î.M. "Dutchmed-M " SRL*** Adresa: ***str. Decebal 76 of 807/808, mun. Chișinău; tel: 022 522-022***