

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1765439988706/21521600 din: 11.12.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 (repetat)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1.1	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	R-DK-P	China	Tianjin Walkman Biomaterial Co., Ltd.	Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan.	Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan.	CE ISO
1.2	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Set de instrumente	22402-0003	China	Tianjin Walkman Biomaterial Co., Ltd.	Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	CE ISO
1.3	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara	A C T C 1 0 1 0 1 3 A C T C 1 0 1 0 1 7 A C T C 1 0 1 6 2 5 A C T C 1 2 1 0 1 3 A C T C 1 2 1 0 1 7 A C T C 1 2 1 6 2 5 A C T C 1 2 2 4 4 0 A C T C 1 2 3 9 6 5 A C T C 1 4 1 0 1 3 A C T C 1 4 1 0 1 7 A C T C 1 4 1 6 2 5 A C T C 1 4 2 4 4 0 A C T C 1 4 3 9 6 5 A C T C 1 6 1 0 1 3 A C T C 1 6 1 0 1 7 A C T C 1 6 1 6 2 5 A C T C 1 6 2 4 4 0 A C T C 1 6 3 9 6 5 A C T C 2 0 1 0 1 3 A C T C 2 0 1 0 1 7 A C T C 2 0 1 6 2 5 + set de instrumente	Turcia	Aero Medical Co. Ltd.-C	Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Set de setul de intrumente oferit cu titlu gratuit pentru insertia protezei expandabile pentru vertebroectomie	Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. DIN Aero Medical Co. Ltd.-Corpectomy Catalog Set de setul de intrumente oferit cu titlu gratuit pentru insertia protezei expandabile pentru vertebroectomie DIN Aero Medical Co. Ltd.-Corpectomy Instrument Set Catalog	CE ISO

8	Consumabile pentru intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventricolo – peritoneal înpregnat de antibiotic	DCA-L-VACK; M-VACK; VACK; DCA-H-	Turcia	DESU MEDIKAL	Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă.	Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 23cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.1mm / 2.5mm. Lungime: 120cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă.	CE ISO
11.1	Placi de laminoplastie	Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare	SL2005-1	China	CHANGZHOU MEDITECH TECHNOLOGY CO., LTD.	•material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI •permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor •trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala •placa pentru spacer cu h 4-10mm •spacer cu h 4-10mm În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	•material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI •permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor •trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala •placa pentru spacer cu h 5-10mm •spacer cu h 5-10mm În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	CE ISO
11.2	Placi de laminoplastie	Miniplaci de laminoplastie de tip ”șarniera”	SL2002-02 SL2002-03 SL2002-04	China	CHANGZHOU TECHNOLOGY CO., LTD.	•material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI •trebuie sa permita o fixare adecvata pe lamina, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	•material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI •trebuie sa permita o fixare adecvata pe lamina, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	CE ISO

