

		Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. 21424826 / ocds-b3wdp1-MD-1748328004872						Data: 06.06.2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:		Achiziționarea reagenților, testelor de laborator pentru realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetat 4)						Lot: 3, 4	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	####	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000 0-1	3	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană	O.K.N.V.I. RESIST-5, ITEM: K-15R11	Belgia	CORIS BIOCONCEPT	Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste	Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste.	DM000331624
3310000 0-1	4	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană	OXA-23 K-SeT, ITEM: K-15R7	Belgia	CORIS BIOCONCEPT	Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste	Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste.	DM000232866

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: GBG-MLD SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2