

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755067426849						05.09.2025	
Denumirea licitației:		În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		5		6	8	
3310 0000-1	8	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment osos fără antibiotic (Codul produsului: 1201/S)	Turcia	Ormed Grup Medikal Tur. Sağ. Hiz. San. Ve Tic.Ltd.Şti.	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g Ambalat steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Viscositate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul contine 40 g Ambalat steril - Are 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Viscositate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. (pagina 2 din Lot 8_Bone Cement Catalog, Lot 8_Safety data sheet.)	DM000322468
3310 0000-1	9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment osos cu antibiotic Gentamicină (Codul produsului: 1711/SG)	Turcia	Ormed Grup Medikal Tur. Sağ. Hiz. San. Ve Tic.Ltd.Şti.	Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscositate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi si alte articulații. - Să conțină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	Disponibil în pachete ce conține 40 grame de pudră ce conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Prezintă viscositate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi si alte articulații. - Conține oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Conține Gentamicină. - Prezintă o toxicitate redusă și posedă proprietăți hipoalergene. - Corespunde standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. (pagina 2 din Lot 9_Bone Cement Catalog, pagina 2 din Lot 9_Safety data sheet.)	DM000322462

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23