

23.04.2025

**Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Arcadis Avantic-1 buc., in conformitate cu instructiunea de mentinere.**

| NN | Denumirea lucrarilor                                                                                                               |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|    |                                                                                                                                    | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1  | Testarea functiilor de securitate , de anulare a miscatii cînd au fost apăsate butoanele și microîntrerupătoarele de securitate.   | •  | • | •  | •   | •    | •  | • | •  | •   |
| 2  | <b>Inspectia vizuală a tuturor componentelor</b>                                                                                   | •  | • | •  | •   | •    | •  | • | •  | •   |
| 3  | <b>Stand.</b> Curățirea si ungerea pieselor mecanice a Stendului.<br>Testarea si ajustarea Stendului. .                            |    | • |    |     |      |    |   | •  |     |
| 4  | <b>Testarea și ajustarea sistemului Monitor</b>                                                                                    |    | • |    |     |      |    |   | •  |     |
| 5  | Evaluarea greșelilor în rapoarte și eliminarea greșelilor.                                                                         |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 6  | Curățarea calculatorului și testarea lui. Lucrări de configurație a conexiunilor, controlul calității imaginilor.                  |    |   |    |     | •    |    |   |    |     |
| 7  | Profilactica cabinetului de control, ajustarea mișcărilor stendului.                                                               |    | • |    |     |      |    |   | •  |     |
| 8  | <b>Profilactica Generatorului, controlul tubului</b>                                                                               |    |   |    |     | •    |    |   |    |     |
| 9  | <b>Completarea actelor și documentelor</b>                                                                                         | •  | • | •  | •   | •    | •  | • | •  | •   |
| 10 | <b>Alte servicii necesare:</b> Chemările, diagnostica, reparații curente fără piese de schimb, instalarea înnoierilor de programe. | •  | • | •  | •   | •    | •  | • | •  | •   |

Director IM Vivamed International  
Beregoi Valeriu