

Anexa tehnica

Centrifugă 4 tuburi de 400 ml			
Descriere	Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.		Da
Parametrul	Specificația cerută		Specificatia oferita
Viteza de rotație	Diapazonul vitezei, rpm	500 - 4500	50 – 4800 cu rotorul oferit in set, sau valori generale pentru centrifuga 50 – 15000
	Ajustarea vitezei	Da	d
Capacitatea	Tipul tuburilor	Tuburi de 400 ml	Tuburi de 400 ml
	Numărul de tuburi	4	4
Timer	Gama de timp	0 - 3000 min	Setabil 0 - 5999 min 59 sec, sau lucru continuu, sau centrifugare de tip impuls
	Incrementarea	≤1 min	1 min
Securitatea	Blocarea capacului în timpul lucrului	Da	Da
Indicatori	Indicari vizuale și acustice	Da	Da
	Debalansare	Da	Da
	Pornire/oprire	Da	Da
	Capac deschis	Da	Da
Display	Digital	Da	Da
Nivelul de zgomot	≤70 dB	Da	51 dB
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare		Da	Da
Accesorii		Set de adaptoare pentru ajustarea volumului de la 400 ml la 250 ml	da
Înregistrarea dispozitivelor medicale		Dovadă de înregistrare a dispozitivelor medicale în registrul de stat al dispozitivelor medicale prezentată la livrare	Da
Training			
Training pentru utilizator		Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică	Da
Training pentru ingineri		Da, Testarea performanței, mentenanța periodică	Da
Documente			
Manual de utilizare		Română	Da
Manual de deservire		Română sau Engleză	Da
Logistică			
Transportare la locul solicitat		Da	Da
Instalare și darea în exploatare		Da	Da

Testare	Da	Da
Garanție		
Perioadă	Minim 2 ani	2 ani
Efectuarea mentenanței periodice în garanție	De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică	Da
TOTATL		

Configuratie oferita:

1x centrifuga ROTINA 420, 4701

1x rotor 4784-A

4x vas 4785

4x adaptor 4768 (pentru tuburi de 250 ml)