

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1650020344600 din: 18 apr 2022, 10:00 - 21 apr 2022, 10:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru 2022

	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	50400000-9	Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru 2022	-	-	-	Deservirea dispozitivelor medicale constă în : – Menținerea preventivă, se efectuează lunar conform unui plan bine definit din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conectoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clemelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul instituției în prezența unui reprezentant a serviciului inginerie SM și PC . – Menținerea corectivă, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate. Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul instituției în prezența unui reprezentant a serviciului inginerie SM și PC, dar dacă este necesar repararea complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a Bioinginerului, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente. După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare. Condiții speciale: a) Materialele și piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparație de o complicație înaltă se vor achiziționa adăugător conform legislației în vigoare, din suma rezervată pentru acestea. b) Lucrările de reparație a dispozitivului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului turetur. c) În cazul determinării unui defect de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea dispozitivului medical deservit, Executantul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului inginerie SM și PC a Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului. d) După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbare de piese care s-a efectuat. e) Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate. f) La finalul deservirii dispozitivelor medicale Executantul este obligat să introducă în fișa de mentenanță toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate. În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor : Directorul , Bioinginerul responsabil, Șeful secției. La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act. Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical. g) Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 5 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare, ajustare, vor fi excluse din achitățile contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicație înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părți. h) Inginerii care deservesc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru dispozitivele medicale deservite. i) Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; Ofertantul se obligă:	Deservirea dispozitivelor medicale constă în : – Menținerea preventivă, se efectuează lunar conform unui plan bine definit din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conectoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clemelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul instituției în prezența unui reprezentant a serviciului inginerie SM și PC . – Menținerea corectivă, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate. Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul instituției în prezența unui reprezentant a serviciului inginerie SM și PC, dar dacă este necesar repararea complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a Bioinginerului, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente. După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare. Condiții speciale: a) Materialele și piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparație de o complicație înaltă se vor achiziționa adăugător conform legislației în vigoare, din suma rezervată pentru acestea. b) Lucrările de reparație a dispozitivului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului turetur. c) În cazul determinării unui defect de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea dispozitivului medical deservit, Executantul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului inginerie SM și PC a Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului. d) După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbare de piese care s-a efectuat. e) Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate. f) La finalul deservirii dispozitivelor medicale Executantul este obligat să introducă în fișa de mentenanță toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate. În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor : Directorul , Bioinginerul responsabil, Șeful secției. La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act. Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical. g) Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 5 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare, ajustare, vor fi excluse din achitățile contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicație înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părți. h) Inginerii care deservesc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru dispozitivele medicale deservite. i) Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; Ofertantul se obligă:	-

					a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract; b) Să deservească și să repare dispozitivele medicale în prezența colaboratorilor serviciului inginerie, SM și PC a Instituției. c) Să îndeplinească formularele-model (fișa de mentenanță, fișa dispozitivului, jurnal de gardă, fișa de deservire), după fiecare intervenție la dispozitiv; d) Să asigure beneficiarul cu manuale tehnice și manuale de utilizator în limba de stat. e) Să instruiască personalul medical și tehnic. f) Să efectueze lunar mentenanța preventivă și după necesitate mentenanța corectivă a dispozitivelor medicale; g) Sa testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului de exploatare(pașapoarte tehnice); h) Garanția lucrărilor executate, va fi minim de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție. i) În caz de defectare a dispozitivului medical Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului al Beneficiarului. j) Stațiunile tehnice nu vor depăși mai mult de 2 zile calendaristice. În caz de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți(verbal sau scris) k) Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 5 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare,	b) Să deservească și să repare dispozitivele medicale în prezența colaboratorilor serviciului inginerie, SM și PC a Instituției. c) Să îndeplinească formularele-model (fișa de mentenanță, fișa dispozitivului, jurnal de gardă, fișa de deservire), după fiecare intervenție la dispozitiv; d) Să asigure beneficiarul cu manuale tehnice și manuale de utilizator în limba de stat. e) Să instruiască personalul medical și tehnic. f) Să efectueze lunar mentenanța preventivă și după necesitate mentenanța corectivă a dispozitivelor medicale; g) Sa testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului de exploatare(pașapoarte tehnice); h) Garanția lucrărilor executate, va fi minim de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție. i) În caz de defectare a dispozitivului medical Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului al Beneficiarului. j) Stațiunile tehnice nu vor depăși mai mult de 2 zile calendaristice. În caz de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți(verbal sau scris) k) Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 5 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare,	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**