

la Documentația standard nr. _____

din “____” _____ 20__

Specificații tehnica

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1654779667223 din 19.06.2022

Obiectul achiziției: Echipament medical pentru activitatea științifică (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
1 Thermomixer de tip MHR13	MHR13	Olanda	Hettich Benelux B.V.	Conform caietului de sarcini	Utilizare: Pentru analiza conținutului de aminoacizi, glicozaminoglicani, ADN și altor substanțe pentru caracteristica matricelor extracelulare obținute prin inginerie tisulară Caracteristici: Agitator termic ce operează cu un bloc de tip tip MHR13. Intervalul temperaturi de funcționare: +4 până la +130°C. Înzestrat cu bloc de 24 tuburi pentru tuburi de 0,5 și 1,5 ml, capac din aluminiu pentru microtuburi și capac izolan pentru microtuburi. Stabilitatea temperaturii: +/- 0,1°C Precizia afișajului temperaturii: 0,1°C Încălzire pe minut: 11,3°C (+/- 0,1°C) Frecvența de amestecare: 200 până la 1.500 rpm Mișcare de amestecare: orbitală (3 mm) Putere de încălzire: 230 W Alimentare electrică: 240 V, 47-63 Hz Control: program cu 30 pași, amestecare scurtă, agitare la intervale Ecran LCD, Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. Termenul de garanție - minim 12 luni	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau