

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772544460233 din 3 martie 2026

Denumirea licitației: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8)**

Cod CPV	Nr . Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință	Beneficiar
33100000-1	20	LOT NR.20- Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice	LOT NR.20- Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice	Sera cu TEOAE și DPOAE	Danemarca/ EU	Interacoustics A/S	<p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip dispozitiv Portabil, tip handheld, cu sondă OAE dedicată</p> <p>Moduri de măsurare DPOAE și TEOAE – ambele obligatorii</p> <p>Evaluare automată PASS / REFER automat, bazat pe criteriul SNR și/sau reproducibilitate</p> <p>Afișaj Color</p> <p>Limbă interfață RO/RU; EN acceptat</p> <p>Protocoloale / funcții:</p> <p>≥2 protocoale screening obligatoriu</p> <p>Protocoloale configurabile obligatoriu</p> <p>Auto-stop obligatoriu</p> <p>Verificare probă / etanșare obligatoriu</p> <p>Control zgomot / artefacte obligatoriu</p> <p>Parametri DPOAE:</p> <p>Frecvențe test (f2) 2,0 – 5,0 kHz</p> <p>Număr frecvențe ≥4 frecvențe</p> <p>Nivel stimul (L1/L2) Reglabil ≥40 – 70 dB SPL</p> <p>Criteriu SNR Reglabil ≥3 – ≥6 dB</p> <p>Timp analiză Automat, cu limită setabilă</p> <p>Parametri TEOAE:</p> <p>Frecvențe / benzi 0,7 – 4,0 kHz (≥5,0 kHz acceptat)</p> <p>Nivel stimul ≈80 – 85 dB peSPL</p> <p>Stocare internă ≥250 teste</p> <p>Export date: USB către PC; Bluetooth/Wi-Fi acceptat</p> <p>Format raport: Rapoarte PDF / imprimabile prin PC</p> <p>Baterie Reîncărcabilă</p> <p>Autonomie ≥6 ore sau ≥100 teste</p> <p>Greutate ≤500 g (fără accesorii)</p> <p>Standarte IEC/EN 60601-1 (Tip B) & IEC/EN 60601-1-2 & IEC 60645-6 (Tip 1 și/sau Tip 2) & Marcaj CE</p> <p>Accesorii minime:</p> <p>Sondă OAE inclusă;</p> <p>≥100 eartips (min. 6 mărimi)</p> <p>trusă curățare- dacă este recomandat de către producător</p> <p>carcasă transport</p> <p>software PC (dacă necesar)</p> <p>garanție ≥24 luni</p>	<p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip dispozitiv Portabil, tip handheld, cu sondă OAE dedicată – da (TS p.2)</p> <p>Moduri de măsurare DPOAE și TEOAE – ambele obligatorii – da (TS p.2)</p> <p>Evaluare automată PASS / REFER automat, bazat pe criteriul SNR și/sau reproducibilitate– da (AI p.21)</p> <p>Afișaj Color (Resistive Touch Screen 9.5 x 5.6 cm, color, 272 x 480) – da (TS p.4)</p> <p>Limbă interfață RO/RU; EN acceptat – da (TS p.4)</p> <p>Protocoloale / funcții:</p> <p>≥2 protocoale screening obligatoriu – DPOAE -8 (AI p.22-23), plus TEOAE – 5 (AI p.27-28)</p> <p>Protocoloale configurabile obligatoriu– da (TS p.2)</p> <p>Auto-stop obligatoriu – da (AI p.25,29)</p> <p>Verificare probă / etanșare obligatoriu– da (TS p.5,6)</p> <p>Control zgomot / artefacte obligatoriu – da (AI p.25), (TS p.5,6)</p> <p>Parametri DPOAE:</p> <p>Frecvențe test (f2) -1,5 – 6,0 kHz – da (TS p.5)</p> <p>Număr frecvențe - 5 frecvențe - 1.5, 2, 3, 4, 6 kHz – da (AI p.22-24)</p> <p>Nivel stimul (L1/L2) Reglabil - 65/55 dB SPL– da (AI p.22-24)</p> <p>Criteriu SNR Reglabil 6 dB, 8 dB – da (AI p.22-24)</p> <p>Timp analiză Automat, cu limită setabilă – da (AI p.21-24)</p> <p>Parametri TEOAE:</p> <p>Frecvențe / benzi 1,4 – 4,0 kHz -da (TS p.5), (AI p.27-28)</p> <p>Nivel stimul 80-83 dB peSPL – da (AI p.27)</p> <p>Stocare internă max 12500 teste, min 250 (250 Patient x 50 tests each) -da (TS p.4),</p> <p>Export date: USB către PC; Bluetooth/Wi-Fi acceptat -da (AI p.30),</p> <p>Format raport: Rapoarte PDF / imprimabile prin PC -da (AI p.30),</p> <p>Baterie Reîncărcabilă -da (TS p.4), (AI p.3),</p> <p>Autonomie ≥150 teste -da (AI p.3)</p> <p>Greutate 265 g (fără accesorii) – da (TS p.4)</p> <p>Standarte IEC/EN 60601-1 (Tip B) & IEC/EN 60601-1-2 & IEC 60645-6 (Tip 1 și/sau Tip 2) & Marcaj CE – da (TS p.3)</p> <p>Accesorii minime:</p> <p>Sondă OAE inclusă; – da (TS p.2)</p> <p>≥100 eartips (min. 6 mărimi) – da (TS p.2) (AI p.4)</p> <p>trusă curățare- dacă este recomandat de către producător – da (TS p.2)</p> <p>carcasă transport – da (TS p.2)</p> <p>software PC (dacă necesar) -da (AI p.30),</p> <p>garanție ≥24 luni – da (certificat)</p> <p>TS - Technical Specifications, AI -Additional Information</p>		AMT Ciocana

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Serghei Casminin În calitate de: Administrator Ofertantul: SC Medica SRL Adresa: Chisinau, str. Alecu Russo 9/3 Nr.143