

### Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1677655863867
Obiectul achiziției:	<b>“Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023”</b>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Lot 99: Suport pentru genunchi	5737.0001 & 1401.0000	<b>China</b>	<b>VG Medical</b>	Suport pentru genunchi cu clamp pentru sinele laterale al mese de operare, cu diijare verticala, oblica. Sistem articulare suport genunchi (pad) cu bara de fixare de tip bila. REF: 08-070-00. - 1 set 2 buc.	Suport pentru genunchi cu clamp pentru sinele laterale al mese de operare, cu diijare verticala, oblica. Sistem articulare suport genunchi (pad) cu bara de fixare de tip bila, similar cu Mizuho REF: 08-070-00. - 1 set 2 buc.	<b>CE, ISO</b>
Lot 100: Clema laterala pentru masa de oepratii	1401.0000	<b>China</b>	<b>VG Medical</b>	Clema universala pentru bara rotunda REF: 08-110-20	Clema universala pentru bara rotunda, similar cu Mizuho REF: 08-110-20	<b>CE, ISO</b>
Lot 131: Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L	Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L	<b>Turcia</b>	<b>TBT</b>	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	<b>CE, ISO</b>
Lot 132: Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L	Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L	<b>Turcia</b>	<b>TBT</b>	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	<b>CE, ISO</b>
Lot 133: Comutator pneumo-hidraulic,Plusteam TBT 1L	Comutator pneumo-hidraulic,Plusteam TBT 1L	<b>Turcia</b>	<b>TBT</b>	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	<b>CE, ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)