

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. şi data procedurii:

TERMOELECTRICA
Anastasia Topala, Tel.: 022 436 312, topala.anastasia@termoelectrica.md
ocds-b3wdp1-MD-1742306428908 din 07.04.2025

Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1	38400000-9	Ionometru / conductometru	C3230PKE +FC3020T+S H300+ISE35B	Belgia	Consort	1Canale de măsurare a potenţialului electric2 2Canale de măsurare a temperaturii2 3Intervalul de măsurare a pH-ului0,000...+14,000 pH 4Puncte de calibrare pH1 ... 3 puncte 5Puncte de calibrare Na1...3 puncte + blanc 6Intervalul de măsurare a concentraţiei de ioni0,01*10-9 g/l...100 g/l 7Intervalul de măsurare a conductivităţii electrice0...20 000 µS/cm 8Rezistenţa electrică specifică0...200 MΩ.cm 9Intervalul de măsurare a temperaturii0...+100°C 10Intervalul de măsurare a potenţialului electric2000...+2000 mV, Nr. d/oDenumirea Valori/caracteristici/unităţi 1Electrod de conductivitate1 Tip PortBNC Diapazonul de măsurare a conductivităţii electrice0 ... 20 000 µS/cm 2electrod de sodiu (Na-selectiv)3 Materialul de confecţionareElectrod din sticlă Tip PortBNC Diapazonul concentraţiilor măsurate10-6 (mol/l) - sat. Diapazonul temperaturilor măsurate0 – 50 °C 3 Celulă pentru măsurarea conţinutului de ioni de sodiu (flowcell 2 chanel) celulă de flux/de curgere 2 canal (bi-canal)2 Materialul de confecţionareSticlă organică (polimetilmetacrilat/ PMMA) 4Suport electrozi (electrod holder) pentru 3 electrozi2	1Canale de măsurare a potenţialului electric2 2Canale de măsurare a temperaturii2 3Intervalul de măsurare a pH-ului0,000...+16,000 pH 4Puncte de calibrare pH1 ... 5 puncte 5Puncte de calibrare Na1...5 puncte + blanc 6Intervalul de măsurare a concentraţiei de ioni0,01*10-9 g/l...100 g/l 7Intervalul de măsurare a conductivităţii electrice0...2000 000 µS/cm 8Rezistenţa electrică specifică0...200 MΩ.cm 9Intervalul de măsurare a temperaturii0...+105°C 10Intervalul de măsurare a potenţialului electric2000...+2000 mV, Nr. d/oDenumirea Valori/caracteristici/unităţi 1Electrod de conductivitate1 Tip PortBNC Diapazonul de măsurare a conductivităţii electrice0 ... 200 mS/cm 2electrod de sodiu (Na-selectiv)3 Materialul de confecţionareElectrod din sticlă Tip PortBNC Diapazonul concentraţiilor măsurate 10-6 (mol/l) - sat. Diapazonul temperaturilor măsurate0 – 50 °C 3 Celulă pentru măsurarea conţinutului de ioni de sodiu (flowcell 2 chanel) celulă de flux/de curgere 2 canal (bi-canal)2 Materialul de confecţionareSticlă organică (polimetilmetacrilat/ PMMA) 4Suport electrozi (electrod holder) pentru 3 electrozi2	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificaţii de preţ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 1	38400000-9	Ionometru / conductometru	buc.	2	64,720.0000	77,664.0000	129,440.00	155,328.00	mai - iunie 2025
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							129,440.00	155,328.00	

- Preţurile sunt indicate pentru cantităţile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Preţurile includ toate taxele şi impozitele determinate de legislaţia în vigoare.
- Condiţii de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, reţanţa lor fiind nu mai puţin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deţinerea de către Beneficiar a Autorizaţiei speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizatie pentru activitate cu precursori.

În aşteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu