

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656508799620 din 6 iulie 2022						
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparație a dispozitivelor medicale, pentru anul 2022, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani" Repetat						
Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Deservirea tehnica a Dispozitivului radiologic Unimat d-rad	Dispozitiv radiologic Unimat d-rad	Elveția	Josef Betschart AG	Deservirea tehnica a Dispozitivului radiologic Unimat d-rad	1.Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2.Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: -frâne electromagnetice, dispozitive de acționare -dispozitiv de centrare 3.Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: -cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă -generator și tubul roentgen 4.Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5.Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru 7. Schimbarea lubrifianului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	CE; ISO
Deservirea tehnica a Dispozitivului radiologic Unimat d-rad	Dispozitiv radiologic Unimat d-rad	Elveția	Josef Betschart AG	Deservirea tehnica a Dispozitivului radiologic Unimat d-rad	1.Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2.Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: -frâne electromagnetice, dispozitive de acționare -dispozitiv de centrare 3.Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: -cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă -generator și tubul roentgen 4.Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5.Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru 7. Schimbarea lubrifianului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	CE; ISO

Deservirea tehnica a autoclavului	Autoclav Kronos S23	Italia	Newmed	Deservirea tehnica a autoclavului Kronos S23	1.Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2.Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune 3. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului)	CE; ISO
-----------------------------------	---------------------	--------	--------	--	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozov Maria

În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23