

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1657277901485 din 18.07.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 3)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
2 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice*	LowensteinJensen medim + antibiotics (LJIA-8-TG, LJIB-8-TG, LJR-8-TG, LJEB-8-TG, LJAA-8-TG, LJCA-8-TG, LJEJ-8-TG, LJLA-8-TG, LJMA-8-TG, LJMB-8-TG, LJS-8-TG)	Turcia	Innomed	Conform caietului de sarcini	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific. Lungimea tubului 150 mm, diametrul extern al tubului 17 mm, diametrul intern al gâtului tubului 12mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția	

					Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată electronic)*	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau