

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr.ocds-b3wdp1-MD-1719579540724, ID: 21245190 din 21.07.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 2)

Codul CPV	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 00-1	47	Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon	Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon	Credo Heal 01-001930 01-001931 01-001932 01-001933 01-001940 01-001941 01-001942 01-001943 01-001950 01-001951 01-001952 01-001953 Neuro Speed 01-000605; 01-000600; 01-000601; 01-000602; 01-000603; 01-000604.	Germania	ACANDIS GMBH	Stent taiat cu laser, semi-compliant, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, celule asimetrice, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri distal si proximal. Diametre solicitate ale stentului: 3,0; 4,0; 5,0mm, pentru vase cu diametrul cuprins in limitele 2,0-4,5mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5;	Stent taiat cu laser, semi-compliant, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, celule asimetrice, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri distal si proximal. Diametre solicitate ale stentului: 3,0; 4,0; 5,0mm, pentru vase cu diametrul cuprins in limitele 2,0-4,5mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

							4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.	Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm. Catalogul anexat ACANDIS.	
33100 00-1	48	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Aperio Hybrid 01-000704 01-000705 01-000706 01-000707 01-000708 01-000709 01-000710 01-000711 01-000712 01-000713 01-000715 01-000716 01-000717 01-000718	Germania	ACANDIS GMBH	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toată lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021" sau 0,027". Referințe la studii clinic - obligatoriu. Cerinte minime	Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toată lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021" sau 0,027". Referințe la studii clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

							obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 8,00 mm, pentru vase de la 1.0 - 5.5mm. Lungime solicitată în limitele 16-50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 8,00 mm, pentru vase de la 1.0 - 5.5mm. Lungime solicitată în limitele 16-50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Catalogul anexat ACANDIS, inclusiv studii clinice.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu