

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21113254 din 22.11.2023

Obiectul de achiziție: Produse parafarmaceutice pentru anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Lot 2//Caciulita p/u EEG galbena S50-54cm	E1-S + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile captușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard sunt amplasate extern sau intern și fixate de cauciuc.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Small (50-54 cm) ADAPTATOR PLACA ELECTROD E2S* Adaptorul pentru placa de electrozi convertește instrumentul EEG de la electrozi individuali la Electro-Cap. Fiecare fir este codificat cu culori pentru o identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la mașină, o singură mufă conectează capacul corespunzător. Sunt disponibile EBA-uri speciale și personalizate.	CE
Total lot 2						
Lotul 3						
Lot 3//Caciulita p/u EEG rosie M/6 54-58cm	E1-M + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile captușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard sunt amplasate extern sau intern și fixate de cauciuc.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (Roșu) ADAPTATOR PLACA ELECTROD E2S* Adaptorul pentru placa de electrozi convertește instrumentul EEG de la electrozi individuali la Electro-Cap. Fiecare fir este codificat cu culori pentru o identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la mașină, o singură mufă conectează capacul corespunzător. Sunt disponibile EBA-uri speciale și personalizate.	CE
Total lot 3						
Lotul 6						
Lot 6//Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14 18G (dializa)	41.02.20114	China	SCW Med cath Ltd	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac, renthencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sinele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free, steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol).	Cateter de hemodializă (11,5Fr x 20cm) Sârmă de ghidare (0,038" x 60cm, vârf J) Ac introductor (18G*6,5 cm, verde; drept) Dilatator (12Fx16cm) Seringă (5 ml) Bisturii (11#) Capac heparina 2 buc	CE
Total lot 6						

Lotul 8						
Lot 8//Electrozi	1900000457	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	De unică folosință, din spumă, pentru adaptoarele de butoane EKG/ EMG (cutie cu 50).	Electrod ECG pentru copii, nesteril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu buton presat, oval, diametru 35 mm. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex Tip de gel: Gel umed Steril: Nu	CE
Total lot 8						
Lotul 12						
Lot 12//Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra)	CM Adult Single NIBP Cuff with bladder,TPU,25-35CM	CE
Total lot 12						
Lotul 33						
Lot 33//Prelungitor pentru set colbe injectomat CT	42.02.90001	China	SCW Medicath Ltd	steril, lung.-150 cm, presiune inalta, diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	steril, lung.-150 cm, presiune inalta, OD(mm) 3	CE
Total lot 33						
Lotul 34						
Lot 34//Set colbe pentru injectarea CT	42.16.10003	China	SCW Medicath Ltd	Steril, in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt	Steril, in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y(T), 2 buc VENTED SPIKE, 2 buc "J" Fill Tube	CE
Total lot 34						
Lotul 40						
Lot 40//Poliglicolic acid USP 4/0	PG 1261	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	USP 4/0 L- minm 75cm , ac 1/2 rotund 20 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Ac HR:: ½ circle, round body needle, HR 20 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 40						
Lotul 41						
Lot 41//Poliglicolic acid USP 4/0	PG 1261	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	USP 4/0 L- minm 75cm , ac 1/2 rotund 20 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Ac HR:: ½ circle, round body needle, HR 20 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 41						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23