

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

Nr. Licităției: ocds-b3wdp1-MD-1613642472156	Data: 11 martie 2021
Denumirea Licităției: Servicii de mentenanță corectivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri / serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lot 7. Depanare la solicitare ventilator pulmonar Drager, Savina 300						
7	50420000-5	Depanare la solicitare ventilator pulmonar Drager, Savina 300	Savina 300	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	10 intervenții de depanare doar la solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiviv ≤ 24 ore. Schimbare de piese la necesitate, calibrare după schimbare de piese. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Lucrările se vor efectua doar la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Prețul include instalarea pieselor și restabilirea funcționalității dispozitivului. Garanție minim 12 luni.	10 intervenții de depanare doar la solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiviv ≤ 24 ore. Schimbare de piese la necesitate, calibrare după schimbare de piese. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Lucrările se vor efectua doar la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Prețul include instalarea pieselor și restabilirea funcționalității dispozitivului. Garanție pentru lucrări 12 luni.	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**