

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul Cererii Ofertelor de Prețuri: ocds-b3wdp1-MD-1591794613913 din 18.06.2020	Data: “18” iunie 2020	Alternativa nr.: Nu se oferă
Denumirea procedurii de achiziție: Termometru infrarosu conform necesităților Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica Republica Moldova.	Lot:1	Pagina: 1 din 3

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Termometru infraroșu	A66	China	JIANGXI AICARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Caracteristicile produsului - Fără contact, Utilizare multipla prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte -Cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid -O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex -Capacitatea de stocare/MEMORIE: NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; -Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C)	Caracteristicile produsului - Fără contact, Utilizare multipla prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte -Cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid -O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex -Capacitatea de stocare/MEMORIE 32 seturi de măsurări; -Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius	CE, ISO

					-Funcții de oprire automată și de economisire a energiei -Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2)°C, exactitatea măsurărilor ±0.2°C/0.4°F Regimul temperaturii obiectelor(apei etc. în limitele 0-80°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,” Timpul măsurării temperaturii -0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării la instituțiile subordonate	(°C)/(°F) -Funcții de oprire automată și de economisire a energiei -Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2)°C, exactitatea măsurărilor ±0.1°C/0.4°F Regimul temperaturii obiectelor(apei etc. în limitele 0-100°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanțierea pentru măsurarea temperaturii 5-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,” Timpul măsurării temperaturii -0,5. Garanția pentru produsul achiziționat: de 12 luni din	
--	--	--	--	--	---	--	--

						DETS Botanica) -Tipul de baterii. 2 bat. 1,5 B -AAA.Durata de viata a bateriilor: aprox. 4.000 inregistrari neîntrerupte - Certificat de garanție si manual de utilizare în limba română și rusă.	momentul livrării la instituțiile subordonate DETS Botanica) -Tipul de baterii: DC3V(2XAAA). Durata de viata a bateriilor: aprox. 20000 inregistrari neîntrerupte -Certificat de garanție si manual de utilizare în limba română la livrare.	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari** În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**