

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1625744055265/ 21041668 din 16.07.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Stație arhivare și diagnostic pentru X-ray mobil ItalRay, model: XFM							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
3310 0000 -1	Stație arhivare și diagnostic pentru X-ray mobil ItalRay, model: XFM	IQ-View Basic	Germania	IMAGE Information Systems	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr.1	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 1	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: *Trocin Caterina*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: „*Health Medical Solutions*” S.R.L.

Adresa: *mun. Chișinău, str. Grenoble 128*

Data: *14.07.2021*

Soluție Software PACS	Denumire produs		IQ-View Basic	
	Producător		IMAGE Information Systems	
	Țară de origine		Germania	
	Compatibil cu X-ray mobil ItalRay, model XFM		da	Da, compatibil cu X-ray mobil ItalRay, model XFM
	Min . 1 cheie licențiată		Inclus	Da, Inclus
	Copatibil cu imagini		USG, X-Ray,CT, RMN, imagini de tomosinteză	Da, compatibil cu imagini: USG, X-Ray,CT, RMN, imagini de tomosinteză
	Bază de de date pacienți		Inclus	Da, inclus
	Măsurări		Distanță. Unghi., unghi Cobb, unghi displazie șold, raport	Da, Distanță. Unghi., unghi Cobb, unghi displazie șold, raport
	Adnotări		da	Da, Adnotări
	Export		CD/USB/DVD/ DICOM mail	Da, export pe medii : CD/USB/DVD/ DICOM mail
	Import		CD/USB/DVD, (BMP, JPEG, TIFF, RAW)	Da, import: CD/USB/DVD, (BMP, JPEG, TIFF, RAW)
	Rapoarte		Editare/Citire	Da, Editare/Citire
	Printare DICOM			Da, Printare DICOM
Limba interfeței		Engleză, Rusă	Da, Engleză, Rusă	
Monitor	Tip medical: Da		Da, Monitor Jusha C270	
	Dimensiune : 21 inch		Da, 21.3 inch	
	Tip Matrice: IPS		Da, Matrice IPS	
	Rezoluție: min. 1200x1600 pixeli		Da, 1600x1200	
	Unghi de vizualizare: min 178° / 178°		Da, 178° /178°	
	Luminozitate: min 800 cd/m ²		Da, 1000 cd/min	
	Raport Contrast: min 1400:1		Da, 1400:1	
	Timp de răspuns: min. 20 ms		Da, 20 ms	
	Funcții	Senzor de prezență		Da, senzor de prezență
		Senzor de lumină		Da, senzor de lumină
Reglarea automata a luminozității		Da, reglare automata a luminozității		
Reglarea automata a temperaturii culorii		Da, reglare automata a temperaturii culorii		
Unitate de lucru	Cheie Windows 10 64 biti licențiat		Da, Windows 10 64 biti	
	RAM; min. 16 GB; min. DDR 4		Da, 16 Gb , DDR 4	
	HDD: ≥1 TB;		Da, 1 TB	
	M2 ≥ 240 GB		Da, M2 240 GB	
	CPU: ≥6 nuclee; min. generația 9, min. 4 GHz		Da, Core-i5 generatia 9	
	Video Cartelă:	compatibilă cu monitorul medical	Da, VGA compatibilă cu monitorul medical	
	CD/DVD-RW	inclus	Da, inclus	

	UPS	Smart	Da, UPS smart
		Min . 600 VA	Da, 600 VA
Cerințe generale			
Garanție		Min 24 luni	Da, 24 luni
Instruire utilizator		Da, română și rusă	Da, română și rusă
Manual de utilizare pentru Software PACS		Da	DA, Manual de utilizare pentru Software PACS
Instalare și conectare la X-Ray mobil ItalRay, model XFM		Da	Da, Instalare și conectare la X-Ray mobil ItalRay, model XFM