

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1552386602022	Data: 22 mart 2019, 17:00 - 2 apr 2019, 17:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Piese de schimb, consumabile, materiale necesare pentru întreținerea instalației producătoare de oxigen medical și a stației de producere a aerului comprimat medical	Lot: 1-14	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	33140000-3	Kit de service pentru compresor ZT 18 FF Plan B - 32000 ore	2901187400	Belgia	Atlas Copco	Kit de service pentru compresor ZT 18 FF Plan B -32000 ore	Kit de service pentru compresor ZT 18 FF Plan B -32000 ore	CE/ISO
1.2	33140000-3	Kit de aeresire (Plan A -36 000 ore)	2901112200	Belgia	Atlas Copco	Kit de aeresire (Plan A -36 000 ore)	Kit de aeresire (Plan A -36 000 ore)	CE/ISO
2	33140000-3	Ulei ROTO –Z Plan B 32000 ore 20 l	2908850101	Belgia	Atlas Copco	Ulei ROTO –Z Plan B 32000 ore 20 l	Ulei ROTO –Z Plan B 32000 ore 20 l	CE/ISO
3	33140000-3	Ulei ROTO – Z Plan A 36000 ore 5 l	2908850300	Belgia	Atlas Copco	Ulei ROTO – Z Plan A 36000 ore 5 l	Ulei ROTO – Z Plan A 36000 ore 5 l	CE/ISO
4	33140000-3	Set service Purjator EWD 330M (Plan B – 32000 ore)	2901063320	Belgia	Atlas Copco	Set service Purjator EWD 330M (Plan B – 32000 ore)	Set service Purjator EWD 330M (Plan B – 32000 ore)	CE/ISO
5	33140000-3	Kit de service ED 12 (Plan B 32 000)	2204213410	Belgia	Atlas Copco	Kit de service ED 12 (Plan B 32 000)	Kit de service ED 12 (Plan B 32 000)	CE/ISO
6	33140000-3	Rezervor aer set filtru element de aer de uz general DD 50 + (Plan B - 32000 ore +A 36000 ore)	2901300004	Belgia	Atlas Copco	Rezervor aer set filtru element de aer de uz general DD 50 + (Plan B -32000 ore +A 36000 ore)	Rezervor aer set filtru element de aer de uz general DD 50 + (Plan B -32000 ore +A 36000 ore)	CE/ISO
7	33140000-3	Rezervor aer set filtru element de aer de înaltă eficiență PD 50 + (Plan B – 32000 +A	2901300104	Belgia	Atlas Copco	Rezervor aer set filtru element de aer de înaltă eficiență PD 50 + (Plan B – 32000 +A -36 000 ore)	Rezervor aer set filtru element de aer de înaltă eficiență PD 50 + (Plan B – 32000 +A - 36 000 ore)	CE/ISO

		-36 000 ore)						
8	33140000-3	Kit de service Generator 014 Plan B – 32000 ore + A 36000 ore	2904500278	Danemarc a	Atlas Copco	Kit de service Generator 014 Plan B – 32000 ore + A 36000 ore	Kit de service Generator 014 Plan B – 32000 ore + A 36000 ore	CE/ISO
9	33140000-3	Supapă de transmisie PQ4-GA 16 (Plan B 32000 ore)	3003172483	Belgia	Atlas Copco	Supapă de transmisie PQ4-GA 16 (Plan B 32000 ore)	Supapă de transmisie PQ4-GA 16 (Plan B 32000 ore)	CE/ISO
10	33140000-3	Rezervor oxygen medical set filtru element de oxigen de înaltă eficiență PD -10 (Plan B – 32000 ore_ A – 36000 ore)	2901300101	Belgia	Atlas Copco	Rezervor oxygen medical set filtru element de oxigen de înaltă eficiență PD -10 (Plan B – 32000 ore_ A – 36000 ore)	Rezervor oxygen medical set filtru element de oxigen de înaltă eficiență PD -10 (Plan B – 32000 ore_ A – 36000 ore)	CE/ISO
11	33140000-3	Rezervor oxygen medical set filtru element de oxigen steril AO38MS , E0407SR (Plan B – 32000 ore)	3004050986	Belgia	Atlas Copco	Rezervor oxygen medical set filtru element de oxigen steril AO38MS , E0407SR (Plan B – 32000 ore)	Rezervor oxygen medical set filtru element de oxigen steril AO38MS , E0407SR (Plan B – 32000 ore)	CE/ISO
12	33140000-3	Ulei Berkonal 1741 pentru stația de producere a aerului comprimat medical	3910016AA	Olanda	Berco	Ulei Berkonal 1741 pentru stația de producere a aerului comprimat medical	Ulei Berkonal 1741 pentru stația de producere a aerului comprimat medical	CE/ISO
13	33140000-3	Filtru aer pentru stația de producere a aerului comprimat medical (BGZ 56 – la fiecare 300 ore/luc.)	8973037630	Olanda	Berco	Filtru aer pentru stația de producere a aerului comprimat medical (BGZ 56 – la fiecare 300 ore/luc.)	Filtru aer pentru stația de producere a aerului comprimat medical (BGZ 56 – la fiecare 300 ore/luc.)	CE/ISO
14	33140000-3	Reductor Festo MS 4-LR-1/4-D6-AS 529417 P1 max 14/bar/210 PSI /1,4 MPa, kit E 743 P 2max/105 PSI /0,7 MPa, Generator 014	529417	Germania	Festo	Reductor Festo MS 4-LR-1/4-D6-AS 529417 P1 max 14/bar/210 PSI /1,4 MPa, kit E 743 P 2max/105 PSI /0,7 MPa, Generator 014	Reductor Festo MS 4-LR-1/4-D6-AS 529417 P1 max 14/bar/210 PSI /1,4 MPa, kit E 743 P 2max/105 PSI /0,7 MPa, Generator 014	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**