

Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1653052276101				Data: „07” iunie 2022		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 3)				Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310 000-1	1	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP)	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP)	First Response HIV 1+2/Syphilis Combo Card Test I20FRC25	India	Premier Medical Corporation Private Limited	Principiul testului: Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum în sânge capilar/ser/plasma cu accesorii Prezentarea trusei Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ din sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și anti-Treponema pallidum simultan în același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 și sifilis. Durata testării – 10 - 60 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Servetele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV ≥ 99 Specificitatea la HIV ≥ 98 Testele trebuie să fie precalificate de OMS Sensibilitate ≥ 99% (HIV), > 95% (Sifilis) Specificitate≥ 98% (HIV), > 95% (Sifilis)	Principiul testului: Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum în sânge capilar/ser/plasma cu accesorii Prezentarea trusei Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ din sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și anti-Treponema pallidum simultan în același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 și sifilis. Durata testării – 10 - 60 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 3. Servetele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV ≥ 99 Specificitatea la HIV ≥ 98 Testele precalificate de OMS Sensibilitate ≥ 99% (HIV), > 95% (Sifilis) Specificitate≥ 98% (HIV), > 95% (Sifilis)	1. ISO 13485; 2. Precalificare OMS; 3. IVD; 4. Declarație de conformitate CE
3310 000-1	2	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază)	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază)	One Step Anti-HIV (1&2) Test ITPW02152-TC40	China	Intec Products	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ fără accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ din sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/ plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV ≥ 99% Specificitatea la HIV ≥ 99% Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Testele trebuie sa conțină să fie precalificate de OMS Sensibilitatea ≥ 99%; Specificitate ≥ 99%	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ fără accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ din sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/ plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV ≥ 99% Specificitatea la HIV ≥ 99% Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Testele trebuie sa conțină să fie precalificate de OMS Sensibilitatea ≥ 99%; Specificitate ≥ 99%	1. ISO 13485; 2. Precalificare OMS; 3. IVD; 4. Declarație de conformitate CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23