

Nr. Lot	Denumir e Lot	Specificatia tehnica solicitatea de autoritatea contractanta	Unitate a de măsur ă	Cantitatea	Specificatia tehnica oferita de catre Medexcom Teh SRL																																																				
1	Unitate de radiograf ie, mobilă (caracteri stici medii) 210110	Conform invitatie de participare	bucată	2	<table><tr><td colspan="3">Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)</td></tr><tr><td colspan="3">Model : Proslide 32SR cu accesorii</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">210110</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Sistem radiografic digital pe consolă mobilă</td></tr><tr><td>Parametru</td><td></td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Greutate maxima acceptabila</td><td>240 kg, pag 3 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td colspan="2">Puterea generator</td><td>32 kW, pag 3 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td rowspan="6">ANOD TUB Raze X</td><td>Capacitate termică, HU</td><td>107 000 HU, pag 4 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td>kV, Diapazon</td><td>40-125, pag 3 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td>mA Diapazon</td><td>50-400, pag 3 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td>mAs Diapazon</td><td>Ajustabil Da, Diapazon 0,1-220 mAs pag 3 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td>Pata focală, mm</td><td>Pata focală mica -0,6 mm Pata focala mare:1.3 mm pag 3 Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td>Timp de expunere</td><td>diapazon minim 0,001-6,0 s</td></tr><tr><td colspan="2">SID DIAPAZON, cm</td><td>Da, 2153 mm, Pag 2 , Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td colspan="2">Rotirea bratului in jurul axei orizontale</td><td>Da, ±90 Pag 2 , Product flyer Proslide 32</td></tr><tr><td rowspan="3">INDICATORI</td><td>Tip</td><td>DA, Digital</td></tr><tr><td>kVp</td><td>DA, Digital</td></tr><tr><td>mAs</td><td>DA, Digital</td></tr><tr><td rowspan="2">DETECTOR DIGITAL</td><td>Tip</td><td>DA, CSI Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi</td></tr><tr><td>Rezoluție matrice</td><td>Da, 3072x3072 pixels Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi</td></tr></table>	Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)			Model : Proslide 32SR cu accesorii			Cod	210110		Descriere	Sistem radiografic digital pe consolă mobilă		Parametru		Specificație	Dimensiuni	Greutate maxima acceptabila	240 kg, pag 3 Product flyer Proslide 32	Puterea generator		32 kW, pag 3 Product flyer Proslide 32	ANOD TUB Raze X	Capacitate termică, HU	107 000 HU, pag 4 Product flyer Proslide 32	kV, Diapazon	40-125, pag 3 Product flyer Proslide 32	mA Diapazon	50-400, pag 3 Product flyer Proslide 32	mAs Diapazon	Ajustabil Da, Diapazon 0,1-220 mAs pag 3 Product flyer Proslide 32	Pata focală, mm	Pata focală mica -0,6 mm Pata focala mare:1.3 mm pag 3 Product flyer Proslide 32	Timp de expunere	diapazon minim 0,001-6,0 s	SID DIAPAZON, cm		Da, 2153 mm, Pag 2 , Product flyer Proslide 32	Rotirea bratului in jurul axei orizontale		Da, ±90 Pag 2 , Product flyer Proslide 32	INDICATORI	Tip	DA, Digital	kVp	DA, Digital	mAs	DA, Digital	DETECTOR DIGITAL	Tip	DA, CSI Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi	Rezoluție matrice	Da, 3072x3072 pixels Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)																																																									
Model : Proslide 32SR cu accesorii																																																									
Cod	210110																																																								
Descriere	Sistem radiografic digital pe consolă mobilă																																																								
Parametru		Specificație																																																							
Dimensiuni	Greutate maxima acceptabila	240 kg, pag 3 Product flyer Proslide 32																																																							
Puterea generator		32 kW, pag 3 Product flyer Proslide 32																																																							
ANOD TUB Raze X	Capacitate termică, HU	107 000 HU, pag 4 Product flyer Proslide 32																																																							
	kV, Diapazon	40-125, pag 3 Product flyer Proslide 32																																																							
	mA Diapazon	50-400, pag 3 Product flyer Proslide 32																																																							
	mAs Diapazon	Ajustabil Da, Diapazon 0,1-220 mAs pag 3 Product flyer Proslide 32																																																							
	Pata focală, mm	Pata focală mica -0,6 mm Pata focala mare:1.3 mm pag 3 Product flyer Proslide 32																																																							
	Timp de expunere	diapazon minim 0,001-6,0 s																																																							
SID DIAPAZON, cm		Da, 2153 mm, Pag 2 , Product flyer Proslide 32																																																							
Rotirea bratului in jurul axei orizontale		Da, ±90 Pag 2 , Product flyer Proslide 32																																																							
INDICATORI	Tip	DA, Digital																																																							
	kVp	DA, Digital																																																							
	mAs	DA, Digital																																																							
DETECTOR DIGITAL	Tip	DA, CSI Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi																																																							
	Rezoluție matrice	Da, 3072x3072 pixels Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi																																																							

						Pixel	DA, 139 µm Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
						Gradație	Da, 16 biti Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
						Dimensiune, cm	Da, 43x43 cm Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
						Timp pînă la apariția imaginii	Da, Max 5 sec Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
						Tip conectare la unitate	Da, Wi-Fi Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
						Baterii	2 buc baterii . Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
							autonomie in regim de utilizare pentru o baterie de 8 ore Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
						Incarcator baterie (cu 2 sloturi)	DA, inclus Pag 3. Product flyer RAPIXX4343M1i Wi-fi
					DAP–metru		DA, inclus Pag 4. Product flyer Proslide 32
					Colimator	Rectangular	Da, obligatoriu Pag 4. Product flyer Proslide 32
						Camp maxim la 1 m SID – 43x43 cm	Da, obligatoriu Pag 4. Product flyer Proslide 32
						Iluminare LED	Da, 160 lux Pag 4. Product flyer Proslide 32
						Indicator SID	DA, 1 m, 1.5 m, 1.8 m Pag 4. Product flyer Proslide 32
					CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR		Da, obligatoriu Pag 4. Product flyer Proslide 32
					CERINȚE ALIMENTARE	Da, Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F “Schuko” Pag 2. Product flyer Proslide 32	
						DA, Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hz Pag 2. Product flyer Proslide 32	
						DA, Cablu 8 m Pag 2. Product flyer Proslide 32	

						Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator DA, intergat ,cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator Pag 2. Connax 2-Module description
					Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila 22"Touch PC All in one (Inclus) CPU	DA, Intel i5 1235U, 10-Cores Generation 12th Pag 5. Flyer Proslide 32 SR
					Sistem de operare	Da,Windows 11, Pag 5. Flyer Proslide 32 SR
					Memorie operativa	Da, 16 Gb RAM Pag 5. Flyer Proslide 32 SR
					Memorie HDD/SSD	Da, SSD 512 Gb Pag 5. Flyer Proslide 32 SR
					Recorder DVD/RW	Da, Recorder DVD RW -inclus
					Accesorii	DA, tastatura -inclus Da, mouse - optional
					Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire)	Da, 21.5 inch touch screen Pag 5. Flyer Proslide 32 SR
					SW:	Conaxx2
					Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor captate de pe detector	Da, pag. 4 Connax 2 Module description
					Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR)	Da, pag.5 Connax 2 Module description
					Posibilitate de configurare a tabelor APR	Da, pag.3 Connax 2 Module description
					Legatura cu generatorul de raze - x prin intermediul tabelor APR	Da, pag.5 Connax 2 Module description
					Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru)	Da, pag.5 Connax 2 Module description
					Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU)	Da, pag.6 Connax 2 Module description
					Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU)	Da, pag 4 Connax 2 Module description

						Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU)	Da, pag 6 Connax 2 Module description
						Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM	Da, pag 7 Connax 2 Module description
						Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta	Da, Team Viewer integrat
						WiFi	Da, 802.11b/g Da, pag 3. System flyer RAPIXX4343M1i
						Compatibilitate totala	Da, DICOM 3.0 Pag 3 Product flyer Proslide 32
					Loc lucru (PC2) medic	Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/stocare, schimb de date cu retea DICOM	Loc de lucru medic imagist : PC cu accesorii si monitor cu software integrat pentru prelucrare/stocare, schimb de date cu retea DICOM: SANTE PACS SERVER&SANTE Diagnostic viewer
						Procesor	Da, Core i5-12400F 6nuclee 12 Generation Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
						Sistem de operare	Da, Windows 11 PRO Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
						Memorie operativa	Da, 16 Gb Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
						Memorie HDD	Da, 1TB RAID-10 Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
					Accesorii	Recorder DVD/RW	Da , Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
						claviatura, maus, UPS	Da Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
					Monitor LCD Medical	IPS fara efect de stralucire	Da, 24 inch, 2Mpx, IPS fara efect de stralucire Prospect Configuratie Statie de lucru al medicului
						Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor primite de la locu de lucru 1 si retea DICOM	Da, Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor primite de la locu de lucru 1 si retea DICOM :Pag 2 sante-dicom-viewer-pro-qsg

					Software SANTE PACS SERVER&SANTE Diagnostic viewer:	Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU)	Da, Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU)
						Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU)	Da, Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) Pag 3.
						Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU)	Da, Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) Pag 3. SantePacs configuration details
						Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM	Da, Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM Pag 3. SantePacs configuration details
						Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta	Da, Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta
						Compatibilitate totala	DICOM 3.0 Pag 1. Sante Pacs Configuration details
					Alimentare electrica	220V, 50Hz cu impamintare	Da, Alimentare cu impamintare 220 V, 50/60 Hz
					Accesorii	Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta)	DA, 1 set. Inclus, Brosura Radixray, Order code – 239401 (Thyroid collar) + 23912 (Skirt & Vest)
						Sirma mobila cu fereastră pe roțile de protecție x-ray a tehnicianului în timpul expunerii	Da, Sirma mobila cu fereastră de protecție și pe roțile, Brosura Radixray, Order code - 43912
					Instalare/service	Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator)	Da, Declaratie atasata
						Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator	Da, Declaratie atasata

						Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min	Da, Declaratie atasatata -Posibilitate de service post- garantie