

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul procedurii: COP nr. 21068446 / MD-1669718140375 din 12.12.2022							
Denumirea procedurii: Piese de schimb pentru dispozitive medicale 2023							
Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Sondă pentru videogastroscoapie, compatibilă cu videoprocesorul EPK-1000, Pentax	EG-2990K	Japonia	PENTAX Medical	Sondă pentru videogastroscoapie, compatibilă cu videoprocesorul EPK-1000, Pentax Parametri tehnici solicitați: Lungime totală a tubului de inserție ≥1300mm Lungime de lucru a tubului de inserție ≥1000mm Diametru exterior a tubului de inserție ≤ 9.8 mm Marcaj de lungime - da Numărul de canale de lucru ≥1 Diametrul canale de lucru ≥2,8mm Unghiul câmpului vizual ≥140 grade Adâncimea câmpului vizual 4-100mm Unghiuri de deflecție sus/jos – 210 grade Unghiuri de deflecție stînga/dreapta – 120/120 grade Posibilitate de spalare a obiectivului - da Posibilitate de sterilizare - da Rezistent la agenți chimici și dezinfectanți - da Certificat CE Termenul de garanție minim pentru piese, din data instalării este de 12 luni	Sondă pentru videogastroscoapie, compatibilă cu videoprocesorul EPK-1000, Pentax DA Parametri tehnici solicitați: Lungime totală a tubului de inserție -1373mm DA Lungime de lucru a tubului de inserție -1050mm DA Diametru exterior a tubului de inserție 9.8 mm DA Marcaj de lungime - DA Numărul de canale de lucru -1 DA Diametrul canale de lucru - 2,8mm DA Unghiul câmpului vizual -140 grade DA Adâncimea câmpului vizual 4-100mm DA Unghiuri de deflecție sus/jos – 210 grade DA Unghiuri de deflecție stînga/dreapta – 120/120 grade DA Posibilitate de spalare a obiectivului - DA Posibilitate de sterilizare - DA Rezistent la agenți chimici și dezinfectanți - DA Certificat CE DA Termenul de garanție minim pentru piese, din data instalării este de 12 luni DA	EEC, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Administrator

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2