

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1687269178268 din 21.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 14)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare.	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) Model RBI 300 Cod produs 011	Republica Moldova	”Caravan Express” SRL	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/h Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 h Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1	Sistem de dezinfectare a aerului-recirculator capacitate mare : Model RBI 300 Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili –da; Volum efectiv de prelucrare: max 300m3/h.; Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganismele din încăperi.; Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului – da; Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC); Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV – 10 800ore; Permite aflarea în încăperea a persoanelor – da; În timpul funcționării dispozitivului nu se emite ozon sau alte produse secundare - da; Carcasa dispozitivului este confecționată din oțel inoxidabil – da; Nivelul maximal de zgomot- 56 dB.- da, Declarație Numărul de ventilatoare pentru recircularea aer per bucată 3buc; Consum de energie – 180W/h; Tensiunea de alimentare 220VAC,50Hz; Metodă de montare- pe perete orizontal sau pe	Aviz sanitar , Declarație de conformitate.

				Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan.	tavan.-da; Dotate cu telecomandă. Broșură (codul produsului 011) , RBI 300 Info. Inregistrarea AMDM DM000564969 Rg04-000160	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3