

Specificații tehnice

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779774660900 / 21624659 din 01.06.2026						
Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2026 (Repetat 2)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Kit de mentenanță pentru SV600/650/800/850, P/N: 115-110150-00 + Senzor de oxigen MOX3	115-110150-00 + MOX3	China	Mindray	Kit de mentenanță de 1 an pentru SV600/650/800/850, P/N: 115-110150-00 + Senzor de oxigen MOX3 Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	Kit de mentenanță de 1 an pentru SV600/650/800/850, P/N: 115-110150-00 + Senzor de oxigen MOX3 Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	ISO/CE
1.2 Kit de mentenanță pentru SV300, P/N: 115-110014-00 + Senzor de oxigen MOX3	115-110014-00 + MOX3	China	Mindray	Kit de mentenanță de 1 an pentru SV300, P/N: 115-110014-00 + Senzor de oxigen MOX3. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	Kit de mentenanță de 1 an pentru SV300, P/N: 115-110014-00 + Senzor de oxigen MOX3. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	ISO/CE
1.3 Kit de mentenanță pentru WATO EX-35/65/65 PRO, P/N: 115-110026-00 + Senzor de oxigen MOX2	115-110026-00 + MOX2	China	Mindray	Kit de mentenanță de 1 an pentru WATO EX-35/65/65 PRO, P/N: 115-110026-00 + Senzor de oxigen MOX2. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	Kit de mentenanță de 1 an pentru WATO EX-35/65/65 PRO, P/N: 115-110026-00 + Senzor de oxigen MOX2. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	ISO/CE
1.4 Kit de mentenanță pentru WATO EX-35/65/65 PRO PrePack, P/N: 115-110023-00	115-110023-00	China	Mindray	Kit de mentenanță de 1 an pentru WATO EX-35/65/65 PRO PrePack, P/N: 115-110023-00. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	Kit de mentenanță de 1 an pentru WATO EX-35/65/65 PRO PrePack, P/N: 115-110023-00. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.	ISO/CE
1.5 Capcană de apă, Mindray	100-000080-00	China	Mindray	Capcană de apă (Dryline II) pentru modul capnografie ventilator și modul de gaze anestezice, Mindray	Capcană de apă (Dryline II) pentru modul capnografie ventilator și modul de gaze anestezice, Mindray	ISO/CE
1.6 Filtru de spuma pentru canistra de absorbție de CO2, PN: 0601-20-78976	0601-20-78976	China	Mindray	Filtru de spuma pentru canistra de absorbție de CO2, PN: 0601-20-78976 pentru mașina de anestezie WATO.	Filtru de spuma pentru canistra de absorbție de CO2, PN: 0601-20-78976 pentru mașina de anestezie	ISO/CE

pentru mașina de anestezie WATO.					WATO.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director

Ofertantul: Î.M. „Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiu S108
