

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea

Numărul licitației: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1571032202782

Denumirea licitației: Dispozitive medicale necesare p/n CS Nisporeni IM

Data: „25” octombrie 2019

Lot:

Alternativa nr.: _____

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
331000 00-1	1	Ortopantomograf	X-VIEW	Italy	Trident S.r.l.	<p>Hyperion X5 este un sistem de Radiografie extraorală pentru Radiografii panoramice digitale, indicat pentru producerea de imagini ortopantomamice ale zonei maxico-faciale, examinarea de diagnosticare a danturii (dintii), arcadeilor și altor structuri ale cavității orale.</p> <p>Ortopantomograful permite următoarele proiecții 2D:</p> <p>-vederi standard sau panoramice pediatrice (PAN); -vederi complete sau parțiale ale danturii, selectate de utilizator (DENT); -vederi frontale și laterale ale sinusurilor maxilare (SIN); -vederi laterale și postero-anterioare ale articulațiilor temporo-mandibulare (TMJ), din mai multe unghiuri.</p>	<p>X-VIEW este un sistem de Radiografie extraorală pentru Radiografii panoramice digitale, indicat pentru producerea de imagini ortopantomamice ale zonei maxico-faciale, examinarea de diagnosticare a danturii (dintii), arcadeilor și altor structuri ale cavității orale.</p> <p>Ortopantomograful permite următoarele proiecții 2D:</p> <p>-vederi standard sau panoramice pediatrice (PAN); -vederi complete sau parțiale ale danturii, selectate de utilizator (DENT); -vederi frontale și laterale ale sinusurilor maxilare (SIN); -vederi laterale și postero-anterioare ale articulațiilor temporo-mandibulare (TMJ), din mai multe unghiuri.</p>	ISO/CE
331000 00-1	2	Radiologie intraorală	I-VIEW GOLD/RiX-70 DC	Italy	Trident S.r.l.	<p>Sistem de radiologie retroalveolară cu un tub de ultimă generație înaltă tensiune 60/65/70 kV Curent anodic 4/8 mA Dimensiunea focală 0.4 mm Generator cu potențial constant controlat de microprocesor.</p> <p>Sistemul de poziționare HypeSphere este deosebit de flexibil cu blocare de la taste sensibile la atingere.</p> <p>Disponibil în mai multe variante dimensionale în funcție de bratul de extensie (orizontal) 40,60 și 90 cm.</p> <p>Poate fi comandat în versiunea montat pe unit numai împreună cu unitul dentar Athos.</p> <p>Programe de expunere prestabilite, editabile și cu posibilitatea de a fi memorate.</p>	<p>Sistem de radiologie retroalveolară cu un tub de ultimă generație înaltă tensiune 60/65/70 kV Curent anodic 4/8 mA Dimensiunea focală 0.4 mm Generator cu potențial constant controlat de microprocesor.</p> <p>Sistemul de poziționare HypeSphere este deosebit de flexibil cu blocare de la taste sensibile la atingere.</p> <p>Disponibil în mai multe variante dimensionale în funcție de bratul de extensie (orizontal) 40,60 și 90 cm.</p> <p>Poate fi comandat în versiunea montat pe unit numai împreună cu unitul dentar Athos.</p> <p>Programe de expunere prestabilite, editabile și cu posibilitatea de a fi memorate.</p>	ISO/CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
331000 00-1	3	Unit dentar	X1+	China	Shanghai JPS Medical Co., Ltd.	<p>Fotoliul pacientului,spatar lat Culori disponibile:albastru,verde Elementul medicului,dotat cu 5 locuri: Pozitia 1 – SeringS metalica cu 3 functii Pozitia 2 – Micromotorpneumatic + piesa unghi + piesa dreapta Pozitia 3 – Turbina Pozitia 4 – Turbina Pozitia 5 – Scaler cu ultrasunet WoodpecKer N2 Negatoscop Dirijarea si programarea fotoliului Scuipitoare rotabila Elementul asistentei,dotat cu 4 locuri: Pozitia 1 – Aspirator saliva Pozitia 2 – Aspirator chirurgical Pozitia 3 - Lampa foto LED Pozitia 4 –Seringa metalica cu 3 functii Farul LED Scaunul medicului Compresor</p>	<p>Fotoliul pacientului,spatar lat Culori disponibile:albastru,verde Elementul medicului,dotat cu 5 locuri: Pozitia 1 – SeringS metalica cu 3 functii Pozitia 2 – Micromotorpneumatic + piesa unghi + piesa dreapta Pozitia 3 – Turbina Pozitia 4 – Turbina Pozitia 5 – Scaler cu ultrasunet WoodpecKer N2 Negatoscop Dirijarea si programarea fotoliului Scuipitoare rotabila Elementul asistentei,dotat cu 4 locuri: Pozitia 1 – Aspirator saliva Pozitia 2 – Aspirator chirurgical Pozitia 3 - Lampa foto LED Pozitia 4 –Seringa metalica cu 3 functii Farul LED Scaunul medicului Compresor</p>	ISO/CE

Numele, Prenumele: Savca Octavian
În calitate de: Director General
Ofertantul: Vipromed Service SRL
Adresa: mun.Chișinău, str. Uzinelor 90