



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Centrul Național de Transfuzie a Singelui
Beiu Svetlana Telefonul de contact 022-10-90-70E-mail contabilitate.cnts@mail.ru
ocds-b3wdp1-MD-1622533414564 din 15.08.2021

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	33100000-1	Conductometru	Conductometru EC/ Rezistivitate pentru apa ultra pură - HI98197+HI920015 ++TP8429	Germania	Hanna Instruments	I. Criterii Tehnice: Destinația: pentru verificarea conductivității apei purificate și ultrapurificate Rezoluția: 0,1mkCm-cm-1 Domeniu de măsurare: de la 0,001mkCm-cm-1 până la cel puțin 1500 mkCm-cm-1 Conductivitate camerei: constantă în camera de cel puțin 2% la folosirea soluția standard cu o valoare de conductivitate de până la 1500 mkCm-cm-1 Materialul electrozilor: metal anticoroziv, inoxidabil Suport pentru electrozi: asigurat Ecran: tactil Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date	HI98197 este furnizat cu sonda de conductivitate HI763123, celula de curgere din oțel inoxidabil HI605453, soluția de calibrare HI7033M de 84 μS / cm (230 mL), soluția de calibrare HI7031M 1413 μS / cm (230 mL), paharul de plastic de 100 mL (2) HI920015 cablu micro USB, baterii AA de 1,5V (4), instrucțiuni și carcasă de transport robustă., TP8429 - Calibrator EC pentru HI98197I. Criterii Tehnice: Destinația: pentru verificarea conductivității apei purificate și ultrapurificate Rezoluția: 0,1mkCm-cm-1 Domeniu de măsurare: de la 0,001mkCm-cm-1 până la cel puțin 1000 mCm-cm-1 Conductivitate camerei: constantă în camera de cel puțin 2% la folosirea soluția standard cu o valoare de conductivitate de până la 1500 mkCm-cm-1 Materialul electrozilor: metal anticoroziv, inoxidabil la celula de curgere, electrod - epoxy cu 4 inele Suport pentru electrozi: asigurat Ecran: LCD Interfață: USB Parametrii rețelei electrice: 220 V, 50 Hz Anul de producere: 2021	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	33100000-1	Conductometru	Bucata	1	89 900.0000	107 880.0000	89 900.00	107 880.00	până la 45 de zile calendaristice din momentul semnării Contractului.
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							89 900.00	107 880.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 120 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu