

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21135973, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1703596923867 din "11" ianuarie 2024
Obiectul achiziției:	Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Lotul 4. Deservirea dispozitivelor medicale din Secția laborator diagnostic</i>						
Deservirea dispozitivelor medicale din Secția laborator diagnostic	miniVIDAS®	Franța	bioMérieux SA	Conform cerințelor Lotului 4 din caietul de sarcini (Analizator imunologic Mini VIDAS cu kit de mentenanță MINY VIDAS)	Revizia conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului: nr. revizii/an - 1, cu piese și reactivi calibrare necesari la revizie (reactivi calibrare optica - 1, stripuri QCV pentru Leak Test - 12, kit garnituri pompe - 2)	Certificat de participare la instruire de la producător

Semnăt:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1