

Lampă de examinare utilizată pentru iluminarea zonelor intervențiilor ginecologice		
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
Parametru Cerință		
Caracteristici generale	1.5 – 1.8 m	1.5 – 1.8 m
Înălțimea	Reglabilă,	Reglabilă,
Brațe articulate	Da	Da
Suport Mobil,minim	4 roți, cu frână	4 roți, cu frână
Material carcasă	Anticorozivă	Anticorozivă
Sursa de lumină	LED	LED
Intensitatea luminoasă Minimum	50000 Lux	50000 Lux
Reglarea intensității luminoase	Da	Da
Temperatura luminii Minimum	4300 K	4300 K
Indicile de redare a culorii Ra minimum	95	95
Durata de viață LED - ului Minimum	30000 ore	30000 ore
Sursă de alimentare		
Tensiunea de alimentare	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Cablu de alimentare	Schuko	Schuko
Logistică		
Transportare la locul solicitat	Da	Da
Instalare	Da	Da
Training	Da	Da
Cerințe față de furnizor		
Certificate CE	certificat european	da
Garanție	2 ani	2 ani
Documente		
Manual de utilizare	Da, limba română	limba română
Service manual	Da	Da