

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1662132281279 din 12 sept 2022, 10:00 - 4 oct 2022, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 0-1	2	Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate	Pioneer 4.2 Care	Turcia	Meissa	• Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizează automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei. • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tablia de la secțiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma saltelei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS. • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință. • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS. • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colțuri ale patului și agățătoare pentru pungă cu urină, • 4 roți cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colțuri ale patului, pentru absorbirea impactelor, • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în câmp electrostatic, • Suport pentru filme radiologice, • Sarcina minimă încărcare pacient: min. 180 kg, • Dimensiuni pat aproximativ:	Da da da da da da da da da da da da da da, 230 kg da	CE/ISO

						- Latime min. 1000 mm; - Lungime: min. 2100 mm; - Înălțime: min. 500 – 800 mm; • Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Saltea din spumă poliuretanică acoperită cu husă impermeabilă cu posibilitatea de schimbare (prezintă fermoarul) • Alimentare 220 -230 V 50 Hz;	da, 1020mm da, 2120mm da, 400-820mm da da da	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**